



- Uwaga:**
1. Próbkę cechować uderzeniowo na obu czołach numerem próbki
 2. Średnica części roboczej powinna posiadać zbieżność od końców do środka w granicach tolerancji
 3. Na powierzchni roboczej próbki rysy i zarysowania są niedopuszczalne

RU - Pracownia Badań
Właściwości Mechanicznych **P1**

Nazwa rysunku

Próbka do badań wytrzymałościowych
wg ASTM E21 i PN-EN ISO 6892-2

Podziałka

2:1



	Nazwisko / Podpis	Data
Kreślił	<i>[Signature]</i>	15.05.12
Sprawdził	<i>[Signature]</i>	15.05.12
Zatwierdził	<i>[Signature]</i>	16.05.12

Numer rysunku

P1.M12.600.5.ET

Arkuszy

1

Arkusz

1