

Ldz. KA-2/381/811/2017

**ODPOWIEDŹ**  
**na pytania w sprawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu**  
**z dziedziny nauki**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-09-01 do Zamawiającego wpłynęły pytania do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki na:

**Dostawę i uruchomienie mobilnego systemu cyfrowej korelacji obrazu umożliwiającego bezkontaktowy pomiar przemieszczeń i/lub odkształceń konstrukcji lub elementów konstrukcji znajdujących się pod działaniem obciążenia zewnętrznego,**

Pytania:

1. W zapytaniu Zamawiający opisuje źródło światła w jednym punkcie jako monochromatyczne, a w dalszej części ogłoszenia wymaga się oświetlenia zasilanego bateryjnie. Według naszej najlepszej wiedzy te dwa wymagania stoją w sprzeczności. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w źródło światła białego zasilane akumulatorowo, dostosowane swoim charakterem do potrzeb mobilnego systemu cyfrowej korelacji obrazu ?
2. Zamawiający wyznacza termin dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, wykazując tym samym znajomość realiów panujących w branży. Terminy takie są związane z koniecznością wyprodukowania precyzyjnych i dedykowanych do konkretnego urządzenia podzespołów. Jednocześnie Zamawiający precyzuje oczekiwania w zakresie napraw gwarancyjnych i objętych rękojmią podając wyraźnie krótszy termin, pozostawiając sobie prawo zwrotu urządzenia w przypadku przedłużającej się naprawy. Zakładając bardzo pesymistyczny wariant, naprawa będzie wymagała wyprodukowania części najbardziej pracochłonnej, co zbliży czas naprawy do czasu dostawy nowego urządzenia. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zmianę warunków gwarancji i serwisu na następujące:
  - Okres gwarancji: 24 miesiące od daty uruchomienia systemu,
  - Okres rękojmi: 24 miesiące od daty uruchomienia systemu,
  - Czas reakcji serwisu gwarancyjnego: 2 dni robocze,
  - Czas naprawy: 14 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia lub wyprodukowania nietypowych części 8 tygodni,
  - W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady, w przypadku konieczności sprowadzenia lub wyprodukowania nietypowych części 8 tygodni,
  - Za zwłokę z dostawie przedmiotu umowy i uruchomieniu systemu Zamawiający naliczy karę, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 8 umowy,
  - Za zwłokę w usunięciu wad / awarii stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji oraz w wykonywaniu obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 2 i 6 umowy Zamawiający naliczy karę, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1.

Chodzi o źródło światła białego zasilane z baterii (akumulatorów).

Ad. 2.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunków.