

KRAKÓW dnia: 2018-02-26

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Nr sprawy : KA-2/017/2018
L.Dz. KA-2/209/2018

O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA -2

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki pn.

**Dostawa urządzeń laboratoryjnych
dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.**

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie nr. 1:

Zadanie nr 3 – Komora laminarna : Prosimy o informację o jakich wymiarach Zamawiający wymaga komorę laminarną.

Odpowiedź 1:

Wymiary komory - powierzchnia robocza min.: szerokość 1200 mm; głębokość 600 m, wysokość 600 mm

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych


mgr *Danuta Karlikowska*