

KRAKÓW dnia: 2018-02-26

**Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
**ul. Warszawska 24 W-9/110,**  
**31-155 KRAKÓW**

**Nr sprawy : KA-2/017/2018**  
**L.Dz. KA-2/211 /2018**

### **O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA -3**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki pn.

**Dostawa urządzeń laboratoryjnych  
dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.**

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie nr. 1:

Proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

Część 4 Piec muflowy

1. Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o objętości komory roboczej 20 dm<sup>3</sup> oraz o wymiarach komory roboczej: szerokości 250 mm i głębokości 395 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 1:

NIE.

Minimalna szerokość komory roboczej 280-290mm uwarunkowana jest próbkami na których będą prowadzone badania.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Działu Zamówień Publicznych

*Danuta Karlikowska*  
mgr Danuta Karlikowska