

KRAKÓW dnia: 2018-02-27

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Nr sprawy : KA-2/017/2018
L.Dz. KA-2/215 /2018

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA -4

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki pn.

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie 1 : Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, w którym wszelkie funkcje komory oznaczone są czytelnymi piktogramami, co nie wymaga znajomości jakiegokolwiek języka?

Ad. 1 : Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie 2 : Jakiej długości blat roboczy ma mieć to urządzenie? Czy Zamawiający zaakceptuje blat roboczy 119 cm?

Ad. 3 : Zamawiający akceptuje blat roboczy dł. 119 cm.

Pytanie 3 : Ile gniazd elektrycznych wewnątrz urządzenia wymaga Zamawiający?

Ad. 3 : Zamawiający wymaga min. 2 gniazdka elektryczne wewnątrz urządzenia.

Pytanie 4 : Dlaczego Zamawiający wymaga regulowanego przepływu powietrza w komorze, skoro normy do pracy z cytostatykami jednoznacznie określają, że przepływ ma być w granicach 0,4m/sek (+/- 20%), jako najbardziej bezpieczny dla operatora? Czy Zamawiający poprzez regulowany przepływ rozumie urządzenie, w którym można włączyć tzw. Stand-by (tryb podtrzymywania warunków laminarnych w urządzeniu) i tryb pracy ?

Ad. 4 : Tak chodzi o tzw. Stand-by.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych


mgr Danuta Karlikowska