

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Pismo: KA-2/019/2018
L.dz.: KA-2/234/2018

KRAKÓW dnia: 2018-03-05

Uczestnicy postępowania

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Uprzejmię informujemy, iż w dniach 2018-02-28, 2018-03-01 oraz 2018-03-02 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego pn.: „Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: Dostawa urządzeń laboratoryjnych”**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zadanie częściowe nr 1: Dostawa autoklawu klasy B:

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny autoklaw o pojemności 23 litry?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy autoklawu do 30 dni?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o pojemności komory 28,5 litra, który dzięki swoim wymiarom zewnętrznym mieści się na standardowym blacie?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z wbudowanymi zbiornikami bez konieczności podłączeń do wody i kanalizacji, z podłączeniem prądu jednofazowym?
5. Prosimy o określenie jaki rodzaj wsadu Zamawiający zamierza sterylizować? Czy będą to płyny? Czy materiały stałe, które mogą być sterylizowane w autoklawie klasy B? Jeśli będą to płyny to zgodnie z normą płyny nie mogą być sterylizowane w autoklawie klasy B.
6. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty autoryzacji producenta dla autoryzowanego serwisu w Polsce? Dzięki temu Zamawiający ma pewność, że w Polsce znajduje się przeszkolony przez producenta serwis w Polsce i nie ma konieczności wysyłania urządzenia poza granice naszego kraju.

Zadanie częściowe nr 2: Dostawa komory klimatycznej:

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 222 litry? Jeśli nie, proszę o wytłumaczenie.
 8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie temperatur -10 C do +100 C? Jeśli nie, proszę o wytłumaczenie.
 9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z programowaniem wilgotności w zakresie 10-98% RH? Jeśli nie, proszę o wytłumaczenie.
 10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z programowanym układem czasowym dla oświetlenia 0-1 rok? Jeśli nie, proszę o wytłumaczenie.
-

11. Proszę Zamawiającego o wytłumaczenie zapisu „łatwy dostęp do autoryzowanego serwisu”, oraz odpowiedź, czy Zamawiający przez to wymaga, aby serwis oraz magazyn części znajdował się na terenie Krakowa? Umożliwia to maksymalne skrócenie czasu reakcji serwisu, oraz bardzo duże obniżenie kosztów serwisowania urządzenia (koszt dojazdu serwisu, etc.)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. 2. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 3. Dopuszczalna komora powinna mieć min. 22 litry.

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Ad. 5. Będą to materiały stałe (bez płynów).

Ad. 6. Łatwy i szybki dostęp do autoryzowanego serwisu.

Ad. 7. Tak

Ad. 8. Tak

Ad. 9. Tak

Ad. 10. Tak

Ad. 11. Tak

Jednocześnie informujemy, iż **nie uległy zmianie** termin, miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.
