

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Pismo: KA-2/019/2018
L.dz.: KA-2/262/2018

KRAKÓW dnia: 2018-03-09

Uczestnicy postępowania

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 2018-03-08 i 2018-03-09 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów ogłoszenia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) jako zamówienie z dziedziny nauki pn.: „**Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: Dostawa urządzeń laboratoryjnych**”,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zadanie częściowe nr 3: Dostawa wagi precyzyjnej

1. Czy Zamawiający dopuści wymiary szalki 155x145 mm?

Zadanie częściowe nr 6: Dostawa mieszkadła magnetycznego

2. Czy Zamawiający dopuści mieszkadło z płytą grzejną stalową z powłoką ceramiczną? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Zadanie częściowe nr 2: Dostawa komory klimatycznej

3. Czy Zamawiający z uwagi na fakt, iż obowiązek stosowania izolacji wolnej od freonu wejdzie od 2020 r., dopuści komorę klimatyczną z izolacją, która nie jest wolna od freonu (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Tak

Ad. 2. Tak

Ad. 3. Tak

Jednocześnie informujemy, iż **nie uległy zmianie** termin, miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.
