

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/078/2018
L.dz.: KA-2/599/2018

KRAKÓW dnia: 2018-06-22

Uczestnicy postępowania

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-06-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** pn.: „**Zakup sprzętu laboratoryjnego do zajęć laboratoryjnych ze studentami dla Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej**”,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zadanie częściowe nr 4: Suszarka laboratoryjna – 1 szt.

1. Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego minimalnej wymaganej pojemności suszarki laboratoryjnej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Minimalna pojemność robocza suszarki laboratoryjnej to 50 litrów.

Jednocześnie informujemy, iż **nie uległy zmianie** termin, miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.
