

**WYPOSAŻENIE - SZCZEGÓŁOWY SPIS OZNACZEŃ, ILOŚCI I MEDIÓW**

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	SYMBOL NA RYSUNKU	NAZWA	ILOŚĆ	MEDIA						gazy medyczne	wyposażenie stałe	konstrukcja	UWAGI
					230V	230V rezerwowane	400V	wod-kan	sieć logiczna	wentylacja mechaniczna				
103a	gabinet okulistyczny	Ba2	taboret stalowy tapicerowany, obrotowy, na kółkach	2										
		Bc10	fotel obrotowy, na kółkach, zmywalny	1										
		Eb	biurko	1	x				x					gniazda 230V zlokalizowane w pobliżu biurka
		La1	unit okulistyczny	1	x				x					gniazda 230V zlokalizowane w pobliżu unitu
		La2	stolik okulistyczny	1	x				x					gniazda 230V zlokalizowane w pobliżu stolika
		Lop	tablica optometryczna	1	x							x		
103b	pokój opisów	Bc10	fotel obrotowy, na kółkach, zmywalny	1										
		Bc7	krzesło	2										
		Cd	szafka ubraniowa	1										
		Eb	biurko	1	x				x					gniazda 230V zlokalizowane w pobliżu biurka
		Eh	stolik	1										
		Tg1	lodówka wolnostojąca	1	x									
103c	ciemnia	Ba2	taboret stalowy tapicerowany, obrotowy, na kółkach	4										
		La2	stolik okulistyczny	2	x				x					gniazda 230V zlokalizowane w pobliżu stolika
103d	gabinet okulistyczny	Ba2	taboret stalowy tapicerowany, obrotowy, na kółkach	2										
		Bc10	fotel obrotowy, na kółkach, zmywalny	1										
		Ccm	meble medyczne, wykonane na wymiar	1	x			x						nad blatem roboczym gniazda 230 V; przyłączyć wod-kan wykonać według projektu
		Eb	biurko	1	x				x					gniazda 230V zlokalizowane w pobliżu biurka
		La1	unit okulistyczny	1	x				x					gniazda 230V zlokalizowane w pobliżu unitu
		La2	stolik okulistyczny	1	x				x					gniazda 230V zlokalizowane w pobliżu stolika
		Lop	tablica optometryczna	1	x							x		
103e	gabinet diagnostyczno-zabiegowy	Ba2	taboret stalowy tapicerowany, obrotowy, na kółkach	1										
		Bc9	krzesło dla pacjenta	1										
		Ca2	szafa stalowa, przeszklona, na leki	2										
		Ccm	meble medyczne, wykonane na wymiar	1	x			x						nad blatem roboczym gniazda 230 V; przyłączyć wod-kan wykonać według projektu
		Df4	asystor/ wózek zabiegowy	1										
		Df8	wózek na aparaturę	1										
		Gb3	kozetka lekarska	1	x									gniazda 230V zlokalizowane w pobliżu kozetki

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	SYMBOL NA RYSUNKU	NAZWA	ILOŚĆ	MEDIA						gazy medyczne	wyposażenie stałe	konstrukcja	UWAGI
					230V	230V rezerwowane	400V	wod-kan	sieć logiczna	wentylacja mechaniczna				
		Gb6	fotel zabiegowo- wypoczynkowy	1										
		Gk3	lampa bakteriobójcza promiennikowo- przepływowa	2	x							x		wymaga specjalistycznego montażu
		Tg	wbudowana lodówka	1	x									