



Znak: ZP-271-34/19

Kraków, dnia 2019-06-07

**Wykonawca, którym przekazano
specyfikację oraz stronę
internetową postępowania**

Wyjaśnienia treści specyfikacji

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony na **„Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych” (ZP-271-34/19)** zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:

Pytanie 1

1. Do Załącznika nr 1.1 : Prosimy o zgodę na zaoferowanie kalibratorów do CA-125 i SCC na 2 poziomach oraz surowic kontrolnych do HBsAG, SCC i Ferrytyny na 2 poziomach, zgodnie z zaleceniami producenta oferowanych odczynników.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu HIV 4 generacji (wykrywającego jednocześnie przeciwciała anty-HIV-1, anty-HIV-2, anty-HIV g.O i antygen HIV p24)?
3. Do Załącznika nr 1.2 : Prosimy o zgodę na zaoferowanie analizatora gdzie odczynniki przebywają na pokładzie z chłodzeniem odczynników w temperaturze innej niż temp. 2 - 12oC? Producent odczynników dzięki zastosowanej metodzie i kompozycji odczynników nie wymaga, aby były one chłodzone na pokładzie analizatora w temp. 2- 12oC. Odczynniki są automatycznie otwierane, zamykane i mieszane na pokładzie analizatora oraz posiadają długą gwarantowaną stabilność po otwarciu.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora immunochemicznego posiadającego 18 pozycji na karuzeli odczynnikowej, gdzie możliwość dostawiania i wymiany odczynników odbywa się w trybie stand-by, z szybkim czasem przechodzenia do trybu pracy rutynowej - poniżej 5 minut?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, gdzie stabilność kalibracji jest zachowana dla wszystkich opakowań odczynników tej samej serii, a odnowienie kalibracji sugerowane jest albo po 1 miesiącu (28 dni), albo jeśli jest to konieczne, np. kiedy wyniki kontroli jakości wykraczają poza ustalone zakresy?
6. Czy ze względu na specyfikę technologii gwarantującą ultrakrótkie czasy reakcji i pomiaru (9 i 18 minut), Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników płynnych i gotowych do użycia, dla których producent przewiduje krótki czas ogrzania do temp. pokojowej przed wstawieniem ich do analizatora? Odczynniki osiągają wymaganą temperaturę w czasie kilkunastu minut, który to czas jest i tak potrzebny na czynności przygotowawcze do rozpoczęcia oznaczeń, a więc nie wpływa to na pogorszenie jakości pracy. Odczynniki nie wymagają manualnego przygotowania wstępnego, mieszania i odkręcania nakrętek przed wstawieniem na pokład aparatu.

7. Celem prawidłowego oszacowania ilości materiału kontrolnego oraz w związku z tym, iż do podanej przez Zamawiającego ilości badań należy doliczyć ilość oznaczeń wykonywanych w celu kalibracji i kontroli prosimy o wskazanie harmonogramu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawienia dodatkowej kolumny "Ilość opakowań na 15 m-cy?"
9. Dot. Załącznik nr 3 - wzór umowy 1. Par. 1 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?
10. Par. 3 ust. 1 tiret 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
11. Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?
12. Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”? Uzasadnienie: Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.
13. Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?
14. Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?
15. Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”
16. Par. 8 ust. 1 pkt 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
17. Par. 8 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
18. Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Obowiązki wymienione w Par. 9 nakładane na Wykonawcę (w szczególności obowiązek zabezpieczenia terenu przed skażeniem, przeprowadzenie uzupełniającego szkolenia uwzględniającego znaczące aspekty środowiskowe, wymogi instrukcji środowiskowych, BHP i ppoż. obowiązujących na terenie Zamawiającego zawartych w poszczególnych dokumentach ZSZ) nie mają związku z zakresem czynności wykonywanych przez Wykonawcę w związku z umową, dlatego nie powinna ona regulować tych kwestii.

Wyjaśnienie:

- 1. Zgodnie z SIWZ.**
- 2. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**
- 3. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**
- 4. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**
- 5. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

6. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
7. SCC, CEA, CA125, TPSA, FPSA, Ferrytyna, HE4 – kontrola 2x w tygodniu
Prokalcytonina, HIV, HBS, HCV, troponina – kontrola codziennie
8. Tak.
9. Nie. Ilości badań zostały oszacowane na podstawie ilości wykonanych badań przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy. W pkt 22.1 ppkt 3 Zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy: „w przypadku nie wykupienia pełnej ilości towaru określonego w umowie, umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości lub o okres do 1 roku (w zależności, co nastąpi wcześniej)”.
10. Nie. Zgodnie ze wzorem umowy.
11. Nie. Zmiana umowy: „Wykonawca zrealizuje przedmiotową umowę (~~dostawa, instalacja i szkolenie~~) w terminie nie dłuższym niż do 21 dni od daty zamówienia (dostawa analizatora, instalacja i szkolenie) oraz sukcesywnie przez okres 15 miesięcy nie później niż do 14 dni od daty zamówienia dostawa odczynników.”
12. Nie. Zgodnie ze wzorem umowy.
13. Tak.
14. Nie. Zgodnie ze wzorem umowy.
15. Nie. Zgodnie ze wzorem umowy.
16. Nie. Zgodnie ze wzorem umowy.
17. Nie. Zgodnie ze wzorem umowy.
18. Nie. Zgodnie ze wzorem umowy. Zapisy paragrafu 9 dotyczą wszelkich usług wykonywanych przez Wykonawcę w trakcie dzierżawienia analizatora na terenie siedziby Zamawiającego.

Pytanie 2

1. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie zapisu w p.21 Załącznika nr 1.2: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku dostarczenie nieodpłatnie oprogramowanie Randox Acusera 247 lub innego równorzędnego, wraz z dostarczeniem kontroli producenta odczynników do prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej oraz kontroli Randox do prowadzenia międzylaboratoryjnej kontroli jakości (zgodnie z wymogiem 4 pod tabelą w Załącznik nr 1.1)?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 3

1. Dotyczy pkt. 4 par. 5 projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do punktu niniejszego zdania: „Produkty uszkodzone przez personel z powodu niewłaściwej eksploatacji będą wymieniane na koszt Zamawiającego”?
2. Dotyczy par. 9 projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego paragrafu w sytuacji kiedy wykonawca nie będzie korzystał z podmiotów zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zamawiającego?
3. Dot. Zał. 1.2 pkt. 11 – „Analizator powinien być wyposażony w automatyczny odczyt kodów kreskowych na próbkach, zestawach odczynnikowych, oraz posiadać program do inwentaryzacji zużycia odczynników, buforów, jak również do oceny poziomu odpadów płynnych lub stałych” – *Czy Zamawiający w przypadku podłączenia odpadów płynnych bezpośrednio do kanalizacji odstąpi od wymogu oceny poziomu odpadów płynnych?*
4. Dot. Zał. 1.2 pkt. 12 – „Analizator pobiera materiał badany z różnego typu próbek (zarówno pierwotnych o różnej pojemności, polietylenowych po separacji surowicy/osocza, czy kuwet pomiarowych)” – *Czy Zamawiający przez pobierania próbek z kuwet pomiarowych, rozumie funkcje przenoszenia automatycznie rozcieńczonego materiału przygotowywanego w kuwetach pomiarowych?*
5. Dot. Zał. 1.2 pkt. 15 – „Oprogramowanie umożliwia czyszczenie oraz stałą konserwację analizatora” – *Czy Zamawiający wymaga, aby analizator monitorował wykonanie oraz zlecenie automatycznych czynności konserwacyjnych.*

Wyjaśnienie:

1. Nie. Paragraf 5 ust. 4 dotyczy tylko sytuacji prawidłowego użytkowania.

2. Nie. Zgodnie ze wzorem umowy. Zapisy paragrafu 9 dotyczą wszelkich usług wykonywanych przez Wykonawcę w trakcie dzierżawienia analizatora na terenie siedziby Zamawiającego.
3. Tak.
4. Tak.
5. Tak.

Zmiana treści specyfikacji

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony na **„Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych” (ZP-271-34/19)** zostały dokonane zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zmiany opisu przedmiotu zamówienia – zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.
2. Zmiany wzoru umowy - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.
3. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert o 5 dni, tj.:
Termin składania ofert: do dnia 2019/06/24 do godz. 09:00.
Termin otwarcia ofert: w dniu 2019/06/24 o godz. 09:15.

Udzielone wyjaśnienia i dokonane zmiany są obowiązujące.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.