

Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach
znak: TZM/20/P/2019

Katowice, dnia 21-08-2019r.

Znak: TZM/20/P/2019

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ – 1

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12-08-2019r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: *Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach.*

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie:

Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej - 10 sztuk

Czy w opisie przedmiotu zamówienia - pkt 1- "Wózek posiada hydrauliczną regulację leża za pomocą pedałów nożnych w zakresie 56-100 cm (+/- 5 cm)" - czy nie nastąpiła omyłka pisarska?

Odpowiedź:

Tak nastąpiła omyłka pisarska, zamawiający usuwa z formularza 6.2.1 – parametry techniczne podpunkt nr 1. Poprawiony formularz przekazujemy w załączeniu do pisma.

Zamawiający

*p.o. Dyrektor
lek. med. Janusz Orman*