

Bytom dnia: 2020-10-15

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-10-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę PRALNICO-WIRÓWKI przelotowej z barierą higieny na potrzeby Pralni Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego NR 2 w Bytomiu.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1) Jaka jest wymagana minimalna objętość bębna pralnicowirówki?
Uzasadnienie: Zamawiający nie określił ani objętości bębna, ani też modułu załadunku przy którym określona jest minimalna ładowność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Minimalna objętość bębna- 660 dm³

2) Prosimy o dopuszczenie maksymalnej wysokości urządzania 1700 mm

Uzasadnienie: Różnica wysokości 5 cm nie będzie stanowić problemu z montażem pralnicowirówki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

3) Prosimy o dopuszczenie możliwości, aby każdy osobny dokument tj załącznik oferty mógł być podpisany na ostatniej jego stronie podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty winna być podpisana podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Ze względów technicznych jest to problem, bo podpis kwalifikowany dotyczy danego dokumentu jako całości, a nie poszczególnych jego stron.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza aby każdy załączony dokument do oferty przetargowej był w całości podpisany podpisem kwalifikowanym.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

