

Bytom dnia: 2021-03-10

**Szpital Specjalistyczny nr 2**  
Batorego 15  
41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Dostawa Angiografu w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 5/5/PN/2021.**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

X.	AKCESORIA I WYPOSAŻENIE.			
	Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z angiografem	TAK		

Pytanie dotyczy pkt 170 OPZ (zał nr7 do SIWZ)

Pyt1 "Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczeni angiograficznego, automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego a menu w języku polskim?"

Pyt2 "Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczeni angiograficznego, automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego wyposażonego w wyświetlany na panelu sterującym przewodnik dla użytkownika typu "krok po kroku"?"

Uzasadnienie: Przewodnik wyświetla komunikaty w języku polskim umożliwiające zaprogramowanie i wykonanie iniekcji oraz komunikaty ostrzegawcze co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo pacjenta i komfort pracy ze wstrzykiwaczem podczas badania.

Pyt3 "Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością objęcia go zdalnym nadzorem serwisowym poprzez łącze VPN?"

Pyt4 "Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością pracy w trybie "zmiennego przepływu środka kontrastowego", który umożliwia operatorowi dozowanie kontrastu w zależności od potrzeb za pomocą kontrolera ręcznego?"

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Pyt1 "Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczeni angiograficznego, automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego a menu w języku polskim?"

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający oczekuje dostarczenia angiograficznego, automatycznego wstrzykiwacza środka**



## **kontrastowego menu w języku polskim"**

Pyt2 "Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczeni angiograficznego, automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego wyposażonego w wyświetlany na panelu sterującym przewodnik dla użytkownika typu "krok po kroku?"

Uzasadnienie: Przewodnik wyświetla komunikaty w języku polskim umożliwiające zaprogramowanie i wykonanie iniekcji oraz komunikaty ostrzegawcze co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo pacjenta i komfort pracy ze wstrzykiwaczem podczas badania.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający oczekuje dostarczenia angiograficznego, automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego wyposażonego w wyświetlany na panelu sterującym przewodnik dla użytkownika typu "krok po kroku."**

Pyt3 "Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością objęcia go zdalnym nadzorem serwisowym poprzez łącze VPN?"

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający oczekuje.**

Pyt4 "Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością pracy w trybie "zmiennego przepływu środka kontrastowego", który umożliwia operatorowi dozowanie kontrastu w zależności od potrzeb za pomocą kontrolera ręcznego?"

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający oczekuje.**

W imieniu Zamawiającego

