

Bytom dnia: 2021-04-02

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa Angiografu w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 5/5/PN/2021.**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Dotyczy zapisów SWZ zał. nr 1 Formularz ofertowy:

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania elementów objętych różnymi stawkami VAT, Wykonawca w formularzu ofertowym może wyszczególnić pozycje z różnymi stawkami VAT.

Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie Wykonawcy prawidłowe wystawienie faktury VAT zgodnie z art. 106 e ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. Zm), który nakłada obowiązek wskazania na fakturze stawki podatku a ze względu na fakt, iż na przedmiot zamówienia składa się wyrób medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie/usługi, które objęte jest dwiema różnymi stawkami podatku VAT tj. 8% i 23%. Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić na fakturze pozycje cenowe z odrębnymi stawkami podatku VAT, składające się łącznie na wynagrodzenie Wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza iż w przypadku zaoferowania elementów objętych różnymi stawkami VAT, Wykonawca w formularzu ofertowym może wpisać pozycje z różnymi stawkami VAT, zachowując przy tym formę formularza udostępnionego przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Dotyczy zapisów SWZ, UMOWA § 1 ust. 1 „Przedmiot umowy”:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarka ww. paragrafie i Zamawiający ma na

myśli „dostawę angiografu” a nie tomografu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga zakupu Angiografu. Zamawiający zmodyfikuje zapisy w Załączniku nr 6 – Projekt umowy.

Pytanie nr 3

Dotyczy zapisów SWZ, UMOWA § 5 ust. 9 „Zobowiązania Wykonawcy”:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu w jakim Wykonawca będzie zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i wymiany wadliwego przedmiotu umowy z 7 na 14 dni z. Wyjaśniamy, że Kodeks Cywilny gwarantuje wykonanie reklamacji do 14 dni.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiotem zamówienia jest aparatura medyczna, która w skutek wydłużenia terminu reklamacji będzie się przyczyniała do wysłużenia hospitalizacji pacjentów.

Pytanie nr 4

Dotyczy zapisów SWZ, UMOWA § 6:

1. „Wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy w wysokości 0,5% (słownie: pół procenta) całkowitego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu realizacji.”
2. “Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10%, (słownie; dziesięciu %) całkowitego wynagrodzenia umownego netto, w przypadku niewykonania przedmiotu zgodnie z treścią złożonej oferty.”
3. “W przypadku nieusunięcia wad w przedmiocie realizacji umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10%, (słownie dziesięciu %) całkowitego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki od upływu tego terminu licząc osobno od każdego zgłoszenia wady.”
4. “W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego netto. (słownie: dziesięciu %).”

Zgodnie z art. 433 ustawy PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

- 1) odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie chyba, że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;
- 2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;
- 3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie określenia „opóźnienie” i wnosimy o dostosowanie projektu umowy do

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz obniżenie kar umownych. Ponadto nie ma uzasadnienia określanie kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki (§ 6 ust 3) – zapis taki jest wyjątkowo niekorzystny i rażąco narusza równowagę stron umowy. Wysokość kar umownych powinna odpowiadać wysokości ewentualnej szkody – nie można zatem przyjąć, że 1 dzień zwłoki przy usuwaniu wad w przedmiocie umowy wywołuje u Zamawiającego szkodę w wysokości 10% wartości umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy w Załączniku Nr 6 – Projekt umowy.

Pytanie nr 5

Dotyczy zapisów SWZ, UMOWA § 7 ust. 3 „Gwarancje”:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów ww. paragrafie na:

3. „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy (w tym przeglądy, jak również pełen serwis gwarancyjny), na okres (min 36 miesiące) licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał gwarancji zgodnie z punktem rozdz. XVIII.1 i nie wymaga zaoferowania serwisu pogwarancyjnego.

Ponadto, udzielenie licencji wymaga wskazania pól eksploatacji a ewentualne udzielenie licencji jest możliwe wyłącznie na czas określony, zgodnie z okresem użytkowania urządzenia.

Nie jest możliwe bezwzględne zagwarantowanie braku wszelkich blokad serwisowych i dostępu do kodów serwisowych, bowiem Wykonawca nie odpowiada za działania producenta sprzętu, który w różny sposób zabezpiecza swoje urządzenia przed nieuprawnionym dostępem. Niejednokrotnie kody są generowane wraz z postępującym unowocześnianiem systemu oraz aktualizacją oprogramowania będącego częścią urządzenia. Powyższy zapis umowy jest w praktyce niemożliwy do zastosowania, Wykonawca nie jest uprawniony do gwarantowania wykonania czynności za producenta sprzętu/oprogramowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Dotyczy zapisów SWZ, UMOWA § 7 ust. 5 „Gwarancje”:

W związku z zapisami ww. paragrafie o udzielenie gwarancji na wszystkie wady urządzenia nie jest możliwe – wnosimy o uzupełnienie umowy o standardowe warunki gwarancji udzielanej na sprzęt medyczny:

- Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych po instalacji Sprzętu w wyniku: niewłaściwej eksploatacji lub konfiguracji dokonanej przez Zamawiającego, uszkodzeń mechanicznych, zmian dokonanych bez upoważnienia, niewłaściwego używania, używania w warunkach nie odpowiadających specyfikacji danego produktu (wymagane jest stałe utrzymywanie temperatury od 18°C do 28 °C przy wartościach średnich 20°C do 26°C, wahania wokół wartości średniej nie mogą przekroczyć +/- 2°C, natomiast wilgotność powietrza wynosić powinna 40%-80%), niewłaściwego przygotowania lub utrzymania miejsca instalacji przez Zamawiającego. Gwarancji nie podlegają także części ulegające zużyciu w trakcie eksploatacji (materiały i części

eksploatacyjne).

- Gwarancja nie obejmuje wypadków zaistniałych podczas przemieszczania, transportu i przeładunku, ani wywołanych tym uszkodzeń, a także wszelkich uszkodzeń i awarii powstałych w wyniku zjawisk i zdarzeń o charakterze zewnętrznym takich jak: pożar, zalanie, kondensacja pary wodnej, wyładowania elektryczne czy też nieprawidłowe działanie wszelkich instalacji tj. sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej i gazowej itp.
- Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz ustawień konfiguracyjnych urządzenia, wynikłych w skutek naprawy, bądź uszkodzenia Sprzętu.
- Wykonawca może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej lub całkowicie odstąpić od gwarancji w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład, usunięcia numerów fabrycznych, niekompletności Sprzętu, dokonywania nieautoryzowanych napraw lub czynności serwisowych, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy Sprzętu przez osoby nieupoważnione przez Wykonawcę. Gwarancja wygasa w razie nieprzestrzegania kalendarza przeglądów okresowych określonych w instrukcji obsługi bądź specyfikacji produktu doręczonych Zamawiającemu i niedokonania przeglądów gwarancyjnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż montaż, przeglądy są po stronie Wykonawcy więc kalendarz przeglądów okresowych jest po stronie Wykonawcy. Pozostałe zapisy są równoważne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, co oznacza że nie obejmują uszkodzeń mechanicznych jeżeli takich dokona pracownik Zamawiającego.

Pytanie nr 7

Dotyczy zapisów SWZ, UMOWA § 7 ust. 10 „Gwarancje” w nawiązaniu do § 8 ust. 15 „Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy:

§ 7 ust 10 projektu umowy:

10. „W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może obniżyć cenę odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, jak też rozwiązać umowę zachowując uprawnienie do żądania kar umownych oraz odszkodowania.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zapis oczywisty, jeżeli będą wady, których się nie da usunąć, winien za nie odpowiadać dostawca a nie Zamawiający.

§ 8 ust 15 projektu umowy:

15. „Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie bez ponoszenia kar umownych, w przypadku powtarzających się naruszeń warunków umowy.”

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 395 § 1 k.c. zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia od umowy jest

uzależnione od określenia terminu, w którym prawo do odstąpienia może być wykonane.

Roszczenia dotyczące wad przedmiotu umowy oraz ustawowe prawo odstąpienia są szczegółowo uregulowane w art. 560 kc:

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązкови wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

Rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy i określenie jej w sposób wysoce nieprecyzyjny nie służy należytej realizacji umowy – a wszelkie roszczenia o usunięcie wady, obniżenie ceny oraz prawo do odstąpienia od umowy wynikają wprost z cytowanych przepisów kodeksu cywilnego.

Wnosimy o usunięcie zapisów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający postępuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego. Zakup Angiografu ma dla Zamawiającego istotne znaczenie, ma służyć do diagnostyki i leczenia pacjentów. Nie może enumeratywnie wymieniać wad, które będą miały wpływ na badanie pacjentów, tym samym na tym etapie stwierdzenia która jest istotna, a która nie. Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wad, stosuje wszystkie zapisy umowy a jedynie ostatecznym krokiem tj. w sytuacji ciągłe przedłużających się napraw, braku możliwości naprawy, braku ciągłej odpowiedzi i precyzyjnych informacji Wykonawcy o problemach jest możliwość odstąpieniem od umowy, co jest także dla Zamawiającego ostatecznością bowiem nie posiada zastępczego aparatu w celu leczenia pacjentów, będzie także miał problemy z rozliczeniem środków przeznaczonych na zakup urządzenia.

Pytanie nr 8

Dotyczy zapisów SWZ, UMOWA § 9 ust. 3:

§ 9 ust. 3:

3. „Zamawiający dopuszcza zmiany umowy po jej zawarciu zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r.1843.).”

Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej, postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych a nie ustawy z 2004r.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający zmodyfikuje zapisy w załączniku nr 6 – Projekt umowy.

Pytanie nr 9

Dotyczy zapisów SWZ, rozdz. XII.1. SWZ:

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:

- *Oferta musi być podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,*

Zgodnie z art. 63 ust 1 PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej – a zatem przywołany wyżej zapis jest niezgodny z ustawą. W pkt XIII. 6 oraz XIII.11 SIWZ rodzaj podpisu został wskazany prawidłowo. Wnosimy o poprawę powyższych zapisów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający zmodyfikuje zapisy w załączniku nr 6 – Projekt umowy.

Pytanie nr 10

Dotyczy zapisów SWZ, zał. nr A pakiet nr 1 „Angiograf” pkt. 182:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie obliczeń osłon stałych w istniejącej pracowni rtg.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż Aparat Angiograficzny umiejscowiony będzie w budynku nr 7 – obecnie remontowany a nie w pracowni RTG.

Pytanie nr 11

Dotyczy zapisów SWZ, zał. nr A pakiet nr 1 „Angiograf” pkt. 187:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że opisany wymóg w punkcie 187 (Deklaracja zgodności CE) dotyczy głównego przedmiotu zamówienia angiografu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu Angiograficznego - Zamawiający potwierdza, iż znak CE dotyczy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 12

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający potwierdza informacje uzyskane na wizji lokalnej, że konstrukcja stropu została wykonana zgodnie z projektem - strop żelbetowy monolityczny. Wnosimy o udostępnienie aktualnej dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją powykonawczą.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż konstrukcja stopu nad salą angiografu jest wykonana jako stop monolityczny żelbetowy.

Pytanie nr 13

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający potwierdza informacje uzyskane na wizji lokalnej, że pomieszczenie posiada osłony stałe oraz stolarkę ochronną zgodnie z projektem 2,0mm Pb. Wnosimy o udostępnienie aktualnego dla wykonanych prac projektu osłon stałych wraz z dokumentacją powykonawczą i technologię wykonania osłon.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż ściany w pomieszczeniu angiografu jak stolarka drzwiowa oraz okno pomiędzy sterownią a salą angiografu spełniają wymogi osłoności 2,0 mm Pb. Zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z PW. W załączeniu zestawienie stolarki i wyciąg z opisu technicznego z dokumentacji wykonawczej.

Pytanie nr 14

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający potwierdza informacje uzyskane na wizji lokalnej, że wentylacja mechaniczna została wykonana z zapewnieniem min 6x wymiany powietrza i prowadzeniem kanałów wentylacyjnych po dłuższym boku pomieszczenia wzdłuż ścian. Wnosimy o udostępnienie aktualnej dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją powykonawczą.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nawiew 12 wymian, wywiew 9 wymian. Projekt w załączeniu

Pytanie nr 15

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający potwierdza informacje uzyskane na wizji lokalnej, że oświetlenie będzie wykonane wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia wzdłuż ścian. Wnosimy o udostępnienie aktualnej dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją powykonawczą.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż oświetlenie wykonane zgodnie z dokumentacją. Projekt w załączeniu.

Pytanie nr 16

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający potwierdza informacje uzyskane na wizji lokalnej, że pomieszczenie posiada uziemienie wykładziny minimum 1 punkt na każde 20m² w sali badań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż uziemienie zgodnie z dokumentacją. Projekt w załączeniu

Pytanie nr 17

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający potwierdza wolną trasę kablową z pomieszczenia maszynowni do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w korytku kablowym znajduje się miejsce. Będzie trzeba wykonać przewiert i uzupełnić przejścia p.poż.

Pytanie nr 18

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający potwierdza zapewnienie mocy 110 kVA dla aparatu angiograficznego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wg projektu wykonawczego moc obliczeniowa była dobrana na 75kW.

Pytanie nr 19

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie zasilania lampy zabiegowej/operacyjnej na suficie właściwym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 20

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający potwierdza informacje uzyskane na wizji lokalnej, że dopuszcza montaż ups dla angiografu w pomieszczeniu rozdzielni głównej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż na wizji lokalnej nie podała taka informacja gdyż nie wiadomo jakiej wielkości ups zostanie zaproponowany a tym samym gdzie się zmieści . W załączeniu przesyłamy rzut kondygnacji przyziemia .

Pytanie nr 21

Dotyczy zapisów SWZ:

Z uwagi na fakt, iż w rozdzielni znajduje się klimatyzator około 2-2,5 kW mocy chłodniczej. Czy Zamawiający wykona jego wymianę na większy spełniający wymogi aparatu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w rozdzielni znajduje się klimatyzator o mocy 3.5kW. Jeżeli zaproponowany sprzęt zmieści się w tym pomieszczeniu to należy przeliczyć bilans ciepła i w razie konieczności wymienić lub dołożyć klimatyzator. Wymiana czy dołożenie po stronie dostawcy angiografu (zgodnie z opisem w P.W. Arch.-Bud. ,wyciąg w załączeniu ,zmiany dostosowawcze są objęte zakresem dostawcy sprzętu).

Pytanie nr 22

Dotyczy zapisów SWZ:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie prosimy o wskazanie przez Zamawiającego trasy prowadzenia linii freonowej oraz umiejscowienia jednostek zewnętrznych w celu zapewnienia odpowiedniego chłodzenia w pomieszczeniu rozdzielni głównej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż dopiero po wybraniu konkretnego sprzętu oraz ustaleniu jego lokalizacji będzie możliwość wskazania trasy prowadzenia instalacji freonowej (jeżeli zajdzie taka potrzeba) i taką wskażemy .

Pytanie nr 23

Dotyczy zapisów SWZ:

Z uwagi na fakt, iż w maszynowni znajduje się klimatyzator około 2-2,5 kW mocy chłodniczej. Czy Zamawiający wykona jego wymianę na większy spełniający wymogi aparatu - około 14 kW chłodu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniu technicznym nr -1.48 i znajduje się klimatyzator o mocy 7 kW zgodnie z projektem .

Pytanie nr 24

Dotyczy zapisów SWZ:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie prosimy o wskazanie przez Zamawiającego trasy prowadzenia linii freonowej oraz umiejscowienia jednostek zewnętrznych w celu zapewnienia odpowiedniego chłodzenia w pomieszczeniu maszynowni angiografu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że jeżeli zajdzie taka potrzeba na zwiększenie mocy chłodniczej to wskaże trasy oraz umiejscowienie jednostek zewnętrznych . Koszty są po stronie dostawcy angiografu (zgodnie z opisem w P.W. Arch.-Bud. ,wyciąg w załączeniu ,zmiany dostosowawcze są objęte zakresem dostawcy sprzętu).

Pytanie nr 25

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający potwierdza informacje uzyskane na wizji lokalnej, że wykonanie lamp ostrzegawczych na zewnątrz sali badań jest po stronie wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że jeżeli zajdzie potrzeba ich wykonania (zależne od dostawcy sprzętu) koszty są po stronie dostawcy angiografu (zgodnie z opisem w P.W. Arch.-Bud. ,wyciąg w załączeniu ,zmiany dostosowawcze są objęte zakresem dostawcy sprzętu).

Pytanie nr 26

Dotyczy zapisów SWZ:

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego po czyjej stronie jest dostawa podstawowych mebli do pracy angiografu oraz blatu roboczego w sterowni.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostawy podstawowych mebli razem z przedmiotem zamówienia z strony Wykonawcy.

Pytanie nr 27

Dotyczy zapisów SWZ:

Prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji branżowej - projektów/rzutów oraz ewentualnej dokumentacji powykonawczej. Zaznaczamy, że dokumentacja ta nie jest już dostępna na stronie postępowania dot. w/w prac.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż załączył do poprzednich odpowiedzi rzut kondygnacji oraz dane instalacyjne .

Pytanie nr 28

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający potwierdza informacje nośność windy na poziomie 1600kg?? Czy wymiary windy to min. 200x110x240?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nośność windy jest 1600 kg a wymiary to 1500x2300x2200 mm , szerokość drzwi 1100 mm

Pytanie nr 29

Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres prac adaptacyjnych wchodzi co najmniej:

- demontaż sufitu podwieszanego w celu wykonania podkonstrukcji dla szyn jezdnych aparatu oraz wyposażenia,
- ponowne odtworzenie sufitów po instalacji systemu,
- wykucie oraz ułożenie kanałów podłogowych kablowych w posadzkach wraz z przejściami do pomieszczenia technicznego i sterowni,
- ułożenie drabin kablowych dla okablowania systemu,
- ułożenie nowych wykładzin przewodzących,
- wykonanie niecki dla montażu płyt bazowych dla aparatury,
- ewentualna dostawa i montaż nowych klimatyzatorów freonowych oraz poprowadzenie nowych linii po wskazanej trasie dla potrzeb systemu (sala badań, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie rozdzielni – UPS),
- doprowadzenie kabla zasilającego z rozdzielni do pom. technicznego aparatu ok 50 mb,
- odmalowanie pomieszczeń po wykonaniu prac adaptacyjnych,
- zabezpieczenie windy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wszystkie powyższe prace , jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania są po stronie dostawcy angiografu . Na etapie wykonywania projektu wykonawczego zostały przyjęte wytyczne do zamontowania przykładowego angiografu i tak zostały przygotowane instalacje i pomieszczenia (zgodnie z opisem w P.W. Arch.-Bud. ,wyciąg w załączeniu ,zmiany dostosowawcze są objęte zakresem dostawcy sprzętu).

1. Dotyczy pkt 1 załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH -
Pakiet Nr 1 – Angiograf . Zamawiający wymaga:

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany/ wartość	Punktacja dodatkowa za jakość	Parametr oferowany
1	Aparat i wyposażenie nowe, nie używane i nie regenerowane, z wykluczeniem aparatów demo i podemonstracyjnych. Data produkcji nie wcześniejsza niż 6 miesięcy od planowanej daty instalacji.	TAK. Podać		

Czy Zamawiający dopuści system z produkcji po lipcu 2020 roku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż dostawa aparatu odbędzie się w połowie roku 2021, więc brak podstaw aby był problem z systemem wyprodukowanym w 2021r.

2. Dotyczy pkt 6 załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH - Pakiet Nr 1 – Angiograf. Zamawiający wymaga:

Lp.

Opis parametru

Parametr wymagany/ wartość

Punktacja dodatkowa za jakość

Parametr oferowany

System redukcji dawki dodatkowy w stosunku do opisanego powyżej, działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania [kl/s], filtracji, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w punkcie 15 cm poniżej izocentrum w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Redukcja dawki nie powinna się również odbywać

poprzez zmianę aktywnego pola obrazowania detektora lub zmianę odległości SID

TAK

Powyższy zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia firmie TMS złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty tylko dlatego, że oferowany przez naszą firmę angiograf jest standardowo (a nie opcjonalnie) wyposażony w najbardziej zaawansowany opracowany przez producenta system redukcji dawki DoseRite, który jest znacząco skuteczniejszy niż wymagany przez Zamawiającego jako opcjonalny.

Pragniemy zauważyć, że wymagane n-krotności redukcji a nie poziomu dawki nie jest gwarancją współczesnego niskiego poziomu dawek. Redukcja z np. 1000 mGy do 500 mGy (o 50%) wg kryteriów zamawiającego jest lepsza niż standardowa redukcja do np. 10 mGy.

Czy Zamawiający dopuści system, który w standardzie będzie miał skuteczność na poziomie wymaganym współcześnie i potwierdzi to spełnieniem wymagań w pkt I.7-I.9?

W obecnym brzmieniu warunek spełni producent,, który jako jedyny wyższy poziom redukcji dawki ma w opcji. Potwierdzają to wyroki KIO np. sygnatura akt KIO 2320/19.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy pkt 43 załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH - Pakiet Nr 1 – Angiograf. Zamawiający wymaga:

Lp.

Opis parametru

Parametr wymagany/ wartość

Punktacja dodatkowa za jakość

Parametr oferowany

Długość części roboczej płyty pacjenta nie mniejsza niż 280 cm

TAK. Poda

 ≥ 300 cm – 5 pkt

< 300 cm – 0 pkt

W obecnym brzmieniu parametr preferuje stół jednego producenta.

Producent Canon w ofercie ma stół z długością blatu nieznacznie krótszą niż premiowana.

Czy Zamawiający przyzna punkty w przypadku zaoferowania stołu ze składaną przystawką przezierną, który wysuwa część roboczą do ponad 330 cm? Takie rozwiązanie ma ogromną zaletę, gdyż np. w przypadku np. sprzątania dostawkę można szybko i łatwo zdemontować.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający przyzna punkty wg propozycji.**

3. Dotyczy pkt 48 załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH - Pakiet Nr 1 – Angiograf. Zamawiający wymaga:

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany/ wartość	Punktacja dodatkowa za jakość	Parametr oferowany
48	Dopuszczalne wykonanie reanimacji na wysuniętym blacie stołu (brak piktogramu określającego konieczność wykonywania resuscytacji z pacjentem umieszczonym nad nogą/podstawą stołu)	TAK/NIE	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	

W obecnym brzmieniu parametr bezzasadnie preferuje stół jednego producenta.

Zamawiający określił obciążenie CPR na min 50 kg (w praktyce skuteczna wartość wynosi min 80kg). W związku z tym premiowane są urządzenia o znikomym i nie skutecznym obciążeniu reanimacyjnym. Narusza to zasadę konkurencyjności poprzez sztuczne premiowanie parametrów nieistotnych medycznie lub wyrwanych z kontekstu, które nie stanowią zalety klinicznej.

W praktyce coraz częściej zdarzają się pacjenci o wadze powyżej 200 kg (Zamawiający określił maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu na min. 200 kg), a ponad to na szynach stołu wiszą akcesoria o wadze do kilkudziesięciu kilogramów. Przy akcji reanimacyjnej obciążenie wzrasta o ciężar personelu wchodzącego na stół celem wykonania masażu serca pacjenta. W środowisku medycznym panuje również przekonanie, że akcję reanimacyjną ze względu na ograniczenia wagowe i wahania blatu powinno się wykonywać nad stopą stołu. Pragniemy zauważyć, że nie stosuje się ręcznej resuscytacji na wysuniętym blacie ze

względu na jego sprężystość.

Czy Zamawiający przyzna punkty w przypadku zaoferowania stołu z możliwością wykonywania reanimacji mechanicznej na wysuniętym blacie np. przy pomocy urządzenia LUCAS?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający uzna spełnienie warunku wg propozycji.

Dotyczy pkt 80 załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH - Pakiet Nr 1 – Angiograf. Zamawiający wymaga:

Lp.

Opis parametru

Parametr wymagany/ wartość

Punktacja dodatkowa za jakość

Parametr oferowany

80

Detektor w formie płaskiego panelu cyfrowego o wymiarach minimum 30x40 cm

TAK. Poda

[cm]

Efektywnym pole obrazowania $\geq 30 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$ – 50 pkt

Efektywnym pole obrazowania $< 30 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$ – 1 pkt

W obecnym brzmieniu parametr jest niejednoznaczny.

Czy Zamawiający potwierdzi, że detektor ma by

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2013r. (Dz.U. 2017.2295) z późn. zmianami w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W szczególności spełniający wymagania określone w pkt. 10 Załącznika nr 4 do Rozporządzenia.??

Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki stylistycznej i zmianę na:

Lp.

Opis parametru

Parametr wymagany/ wartość

Punktacja dodatkowa za jakość

Parametr oferowany

80

Detektor w formie płaskiego panelu cyfrowego o wymiarach minimum 30x40 cm

TAK. Poda

[cm]

Efektywne pole obrazowania $\geq 30 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$ – 50 pkt

Efektywne pole obrazowania $< 30 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$ – 1 pkt

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza

4. Dotyczy pkt 115 i 116 załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH - Pakiet Nr 1 – Angiograf. Zamawiający wymaga:

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany/ wartość	Punktacja dodatkowa za jakość	Parametr oferowany
115	Przeglądanie projekcji bezpośrednio na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań wraz z ustawianiem wybranego obrazu jako obrazu referencyjnego	TAK / NIE		
116	Przeglądanie obrazów, blendowanie oraz powiększenie zapamiętywanych obrazów z dotykowego pulpitu sterowniczego w Sali badań	TAK / NIE		

Czy Zamawiający potwierdzi, że uzna za spełniony warunek realizacji w/w funkcjonalności na monitorze min 58" bez funkcji dotykowej (a nie na małym monitorku, co jest niepraktyczne w codziennym użytkowaniu, np. w rękawicach medycznych).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający uzna spełnienie warunku wg propozycji

5. Dotyczy pkt 127 załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH - Pakiet Nr 1 – Angiograf. Zamawiający wymaga:

Lp.

Opis parametru

Parametr wymagany/ wartość

Punktacja dodatkowa za jakość

Parametr oferowany

127

Sektorowy system zasilania monitora min. 56" – co najmniej 2 sektory.

TAK. Poda

W obecnym brzmieniu parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Czy Zamawiający dopuści dodatkowy monitor tzw. backup z tyłu monitora min 56" do wyświetlania dodatkowego obrazu live np. podczas awarii monitora głównego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy pkt 129 załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
- Pakiet Nr 1 – Angiograf. Zamawiający wymaga:

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany/ wartość	Punktacja dodatkowa za jakość	Parametr oferowany
129	Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze min. 56" w formie elektronicznej (print screen).	TAK		

W obecnym brzmieniu parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisania obrazów z angiografu w medycznym formacie DICOM?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

7. Dotyczy pkt 131 załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
- Pakiet Nr 1 – Angiograf. Zamawiający wymaga:

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany/ wartość	Punktacja dodatkowa za jakość	Parametr oferowany
131	Interakcja z monitorem min. 56 calowym za pomocą myszy w zakresie co najmniej: - płynnej zmiany wielkości okien wyświetlających poszczególne aplikacje (w tym pochodzące ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu) - zmiany wzorca ułożeń obrazów na dużym monitorze - zrzutu wybranego ekranu jednym kliknięciem myszy - zmiany położenia poszczególnych aplikacji metodą „przeciągnij i upuść”	TAK / NIE		

W obecnym brzmieniu parametr jest niejednoznaczny.

Czy Zamawiający potwierdzi, że uzna parametr za spełniony w przypadku zaoferowania:

Interakcji z nastawami monitora min. 56 calowym za pomocą myszy lub dotykowo w zakresie co najmniej:

- zmiany wielkości okien wyświetlających poszczególne aplikacje (w tym pochodzące ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu)
- zmiany wzorca ułożeń obrazów na dużym monitorze
- zmiany położenia poszczególnych aplikacji

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

8. Dotyczy pkt 134 załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
- Pakiet Nr 1 – Angiograf. Zamawiający wymaga:

Lp.

Opis parametru

Parametr wymagany/ wartość

Punktacja dodatkowa za jakość

Parametr oferowany

134

Opcja umożliwiająca korzystanie ze stanowiska roboczego systemu RTG w sterowni do obsługi innych aplikacji zainstalowanych na osobnych komputerach.

TAK, Poda

W obecnym brzmieniu parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru w zamian na zaoferowanie dodatkowego stanowiska z komputerem PC i pakietem biurowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dodatkowego komputera PC w zamian za opisana w pkt 134 funkcjonalność.

9. Dotyczy pkt 139 i 172 załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH - Pakiet Nr 1 – Angiograf. Zamawiający wymaga:

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany/ wartość	Punktacja dodatkowa za jakość	Parametr oferowany
139	Dicom 3.0 - dicom send, query/retrieve, print. [integracja z systemami ris/pacs zamawiającego – dostawa wszystkich wymaganych licencji bezterminowych]	TAK		
172	Możliwość podłączenia aparatu do systemu PACS w celu archiwizacji badań oraz skonfigurowanie i podłączenie aparatu do systemu RIS/PACS w przypadku zakupu stosownych licencji przez Zamawiającego	TAK		

W obecnym brzmieniu parametry są nie jednoznaczne.

Czy Zamawiający potwierdzi, że wymaga bezterminowych licencji w zakresie DICOM dla systemu angiograficznego a nie systemu PACS/RIS?

Czy Zamawiający potwierdzi, że wymaga konfiguracji systemu angiograficznego w zakresie integracji z systemami zewnętrznymi a licencje i konfiguracja w zakresie firm trzecich (np. PACS/RIS) są po stronie Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga licencji PACS RIS a jedynie bezterminowe licencje DICOM dla aparatu angiograficznego.

10. Dotyczy pkt 177 załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
- Pakiet Nr 1 – Angiograf. Zamawiający wymaga:

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany/ wartość	Punktacja dodatkowa za jakość	Parametr oferowany
177	Asortyment zużywalny do zabiegów naczyniowych przeznaczony do prowadzenia szkolenia personelu: 1. Cewniki diagnostyczne – 10 szt 2. Cewnik balonowy – 10 szt 3. Koszulki typu Mullins oraz Flexor – 10 szt 4. Cewniki diagnostyczne: prowadnik ze sterylnymi końcówkami; prowadnik ekstra sztywny; igły angiograficzne – 10 szt 5. Prowadniki hydrofilne – 10 szt 6. Koputki do pomiaru ciśnień – 10 szt 7. Cewniki prowadzące – 10 szt 8. Prowadniki do PCI – 10 szt 9. Cewniki Chaperon – 10 szt 10. Zestaw do nakłucia tętnicy udowej – 10 szt 11. Cewniki kalibracyjne – 10 szt 12. Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowania naczyń – 10 szt Koszulki naczyniowe sterowalne – 10 szt	TAK		

W obecnym brzmieniu parametr jest niejednoznaczny.

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie jakiego typu przetworników do pomiaru ciśnienia krwawego oczekuje (np.: prod. Edwards Lifesciences, Argon, B. Braun). Prosimy również o podanie rodzaju kardiomonitorów, które zamawiający użytkuje.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający precyzuje, że oczekuje dostarczenia przetworników do pomiaru ciśnienia krwawego firmy B. Braun i informuje, że używa kardiomonitorów tej samej firmy.

11. Dotyczy pkt 188 załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
- Pakiet Nr 1 – Angiograf. Zamawiający wymaga:

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany/ wartość	Punktacja dodatkowa za jakość	Parametr oferowany
188	Bezpłatne szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego min. 30 dni (potwierdzone zaświadczeniem/certyfikatem).	TAK		

W obecnym brzmieniu parametr jest nie jednoznaczny.

Czy Zamawiający potwierdzi, że wymienione szkolenia będą przeprowadzone w okresie po oddaniu urządzenia do użytku i podpisaniu protokołów wykonania zamówienia i nie wliczają się w wymagany okres realizacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

12. Dotyczy pkt 110, 115, 116, 117, 130, 131, 132, 147 załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH - Pakiet Nr 1 – Angiograf.

Czy Zamawiający potwierdzi, że wartości zadeklarowane mają jedynie charakter informacyjny i nie będą za nie przyznawane punkty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

13. Dotyczy pkt 182 załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH, Pakiet Nr 1 – Angiograf.

Czy Zamawiający wyjaśni oczywistą pomyłkę pisarską i uzupełni w kolumnie „Parametr wymagany/wartość” słowo TAK ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

14. Dotyczy VI.4 SIWZ. Zamawiający wymaga 12 tygodniowego terminu realizacji:

Jednocześnie w pkt 182 wymagane są dopuszczenia pracowni do użytkowania przez Państwową Inspekcję Sanitarno – Epidemiologiczną na które urzędowe terminy to min 60 dni (na rozpatrzenie wniosku). Ze względu na sytuację pandemiczną terminy te rzeczywistości są jeszcze dłuższe. Zamawiający pozostawia potencjalnym wykonawcom jedynie 3-4 tygodnie na właściwą instalację testy i szkolenia a przed tym procesem na przygotowanie pomieszczeń co jest terminem nie realnym fizycznie. Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji o min 60 dni oraz uzależnienie go od terminu przekazania pomieszczeń. Wnosimy o zmianę zapisu na: Termin realizacji zamówienia: do 20 tygodni od dnia przekazania pomieszczeń gotowych

do wykonania zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż biorąc pod uwagę okres rozstrzygnięcia do podpisania umowy 10 dni plus 12 tygodni, zdaniem Zamawiającego czas jest wystarczający, a Zamawiający jest zobowiązany do rozliczenia projektu unijnego.

15. Dotyczy załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH - Pakiet Nr 1 – Angiograf. Zamawiający wymaga:

- Deklaracje, oświadczenia, foldery oraz katalogi należy dołączyć do oferty

Czy Zamawiający potwierdzi, że wymaga w/w dokumentów jedynie dla aparatu angiograficznego jako głównego przedmiotu zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza

W imieniu Zamawiającego

