

Bytom dnia: 2021-04-08

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Dostawa Angiografu w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 5/5/PN/2021.**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Dotyczy pkt 64 załącznika A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH - Pakiet Nr 1 – Angiograf. Zamawiający wymaga:

Lp.

Opis parametru

Parametr wymagany/ wartość

Punktacja dodatkowa za jakość

Parametr oferowany

64

Wymiar kolejnego mniejszego ogniska nie większy niż 0,4 mm.

TAK. Podać [mm]

W obecnym brzmieniu parametr spełnia tylko jeden producent co uniemożliwia nam złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści aparat z anodą 3 ogniskową ze średnim ogniskiem 0,6 mm i najmniejszym 0,3 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
Wojciech Wiczorek