

Bytom dnia: 2021-07-05

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **”dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu”** – znak sprawy 19/19PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Dotyczy Pakietu 4 Wymagania pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści test o czułości 97,9% dla norowirusów oraz o czułości 96,3% dla rotawirusów?

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 Dotyczy Pakietu 4 Wymagania pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści test o czułości 98,3%?

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

W imieniu Zamawiającego

