

Kraków dnia: 2021-11-24

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 Kraków

Znak sprawy: **KA-2/091//2021**

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **Dostawa elementów niezbędnych do rozbudowy systemu diagnostyczno-pomiarowego: analizatora jakości pomiarów zasilania elektrycznego, miernika małych rezystancji i miernika rezystancji izolacji**
– znak sprawy **KA-2/091/2021**.

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

Zadanie nr 2

SONEL S.A.

ul. Wokulskiego 11

58-100 Świdnica

na:

Dostawa miernika małych rezystancji za cenę brutto: 23 946.86 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego w SWZ

Zadanie nr 3

SONEL S.A.

ul. Wokulskiego 11

58-100 Świdnica

na:

Dostawa miernika rezystancji izolacji

Za cenę brutto: 15 405.14 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego w SWZ

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Nr zadania	Nazwa i adres wykonawcy	Cena	Okres gwarancji	Łączna liczba punktów
1	SONEL S.A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica	0,00	0,00	0,00*
2	SONEL S.A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica	95,00	2,50	97,50
3	SONEL S.A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica	95,00	2,50	97,50

*Zamawiający nie przyznawał punktów, ponieważ zadanie zostało unieważnione.

Zadanie nr 1 - zostaje unieważnione

Uzasadnienie prawne: postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 254 ust.1 pkt 6 - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Uzasadnienie faktyczne

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności oceny, Zamawiający powziął informację o brakach w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający opisując parametry techniczne analizatora nie uwzględnił cech cęgów pomiarowych, które w sposób istotny wpływają na rodzaj oferowanego przez Wykonawców urządzenia. Z powodu potrzeb w zakresie prowadzonych badań zaoferowane w ofercie SONEL S.A. cęgi pomiarowe stanowiące wyposażenie analizatora jakości zasilania z uwagi na znamionowy zakres pomiarowy 3kA nie pozwalają na pomiar małych wartości mierzonego parametru. Opisana cecha urządzenia jest niezbędna i istotna do spełnienia wymagań jakie są konieczne do prowadzenia badań w zakresie analizy jakości zasilania elektrycznego prowadzonych w laboratorium. W związku z tym Zamawiający musi dokonać zmiany w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z potrzebami.

Wada uzasadniająca unieważnienie postępowania: niemożliwa do usunięcia wadą jest brak możliwości zmiany SWZ po terminie składania ofert, wada jest istotna i nieusuwalna. Opis w SWZ nie odpowiada rzeczywistym potrzebom Zamawiającego.