

Szpital Specjalistyczny nr 2
 Batorego 15
 41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa sprzętu dla realizowanego projektu "eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 9/9PN/2022.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5

Pkt. 3 i Pkt. 9 W części 5 Zamawiający wymaga min. 7 szt. monitorów dla wprowadzania danych do systemu eCareMed. Załącznik nr 7- Część 5 opisuje wymagania techniczne i wg nich monitor musi posiadać jasność minimum 250 cd/m2 co jest w zupełności wystarczające do przedstawionych zastosowań. W innym punkcie OPZ Zamawiający dla tego samego monitora wymaga jasności min. 600 cd/m2, co dla użytkownika pracującego przy wprowadzaniu danych będzie jasnością znacznie zawyżoną i może powodować duży dyskomfort podczas pracy. W związku z powyższym prosimy o informację czy nie zaszła omyłka pisarska w tym zakresie i Zamawiający dopuści monitor o jasności minimum 250 cd/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikował zapisy OPZ usuwając zapis.

§ Jasność: min 600 cd/m2	
--------------------------	--

Pkt. 10 i Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny jednego z wiodących producentów na świecie który posiada wejścia - min: 1 x USB2.0, DVI-I: 29 pin, DisplayPort: 20 pinów i wyjścia – min. 2 x USB2.0?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Odpowiednie zmiany zostały naniesione w OPZ.

Wejścia - min: 1 *USB2.0, DVI-D: 24 piny lub DVI-I: 29 pin, DisplayPort: 20 pinów	
---	--

Zamawiający

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Administracyjno-Technicznych
 Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
Wojciech Wieczorek