

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ  
I O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej 10 kN z głowicą pomiarową, uchwytami oraz oprogramowaniem"** – znak sprawy **KA-2/061/2022**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maszyny wytrzymałościowej o sztywności ramy 60 kN/mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny wytrzymałościowej o sztywności ramy 60 kN/mm.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia a także informuje, że zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert raz termin związania ofertą:

**Zamawiający informuje o dokonaniu zmian w treści SIWZ w następującym zakresie:**

1. Zmienia się treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ w następującym zakresie:
  - a) Treść p. 1 ppkt. 1.1. odnośnika trzeciego otrzymuje brzmienie:  
- sztywność ramy co najmniej 60 kN/mm,
  - b) Treść p. 2, tabela p. 1 odnośnika drugiego otrzymuje brzmienie:
    - Konstrukcja oparta na co najmniej 2 wrzecionach napędowych i 2 kolumnach prowadzących zapewniająca wysoką sztywność ramy nie mniejszą niż 60 kN/mm.

Aktualny obowiązujący Wykonawców Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający w/w zmianę stanowi plik:

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – aktualny.doc**

2. Zmienia się treść Formularza oferty – Załącznik nr 2 do SWZ w następującym zakresie:

Na stronie drugiej Formularza oferty – Informacja o oferowanym sprzęcie i oprogramowaniu, w p. 1, w tabeli, w kolumnie: Wymagane minimalne parametry, wiersz drugi otrzymuje brzmienie: Konstrukcja oparta na co najmniej 2 wrzecionach napędowych i 2 kolumnach prowadzących zapewniająca wysoką sztywność ramy nie mniejszą niż 60 kN/mm.

Aktualny obowiązujący Wykonawców Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty, zawierający w/w zmianę stanowi plik:

**Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty – aktualny.doc**

**Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy:**

- składania ofert, z dnia **2022-06-22** godz. **09:30** na dzień **2022-05-27** godz. **09:30**.
- otwarcia ofert, z dnia **2022-06-22** godz. **10:00** na dzień **2022-05-27** godz. **10:00**.
- termin związania ofertą określony w p. 16.1. SWZ z dnia **2022-07-21** na dzień **2022-07-26**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.