

Zamawiający:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24 W-9 /pok. 110
31-155 KRAKÓW

Przedmiot zamówienia: „Dostawa małego stołu sejsmicznego XY o dwóch stopniach swobody (zestawu gotowego do pracy wraz z oprogramowaniem) dla Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli L-15 Wydziału Inżynierii Łądowej Politechniki Krakowskiej”.

Pytania:

1. W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga, by wraz z dostawą stołu przeprowadzić 2-dniowe szkolenie w siedzibie producenta lub integratora oraz wizytę studyjną. Oferowany przez nas stół produkowany jest w Ameryce Północnej a najbliższy znany nam ośrodek posiadający tego typu urządzenie znajduje się w Chorwacji. Przy tej dostawie nie jest wymagana integracja, a my jesteśmy jedynie dystrybutorem. Wykonanie więc takie usługi byłoby niezmiernie kosztowne. Co więcej, obsługa stołu jest bardzo prosta i nie wymaga tak długiego szkolenia. Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje przeprowadzenie 4-godzinnego szkolenia u Zamawiającego na stole dostarczonym w ramach niniejszego zamówienia przez przedstawiciela autoryzowanego dystrybutora producenta stołu?
2. W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji w języku polskim. Oryginalne instrukcje producenta dostarczone są w języku angielskim, który jest szeroko stosowany w obszarze sprzętu do badań naukowych. Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje dostarczenie instrukcji tylko w języku angielskim?
3. Zwracamy się też z prośbą o wydłużenie czasu na naprawę ewentualnych uszkodzeń z 14 do 45 dni. Oferowany przez nas sprzęt produkowany jest w Ameryce Północnej, a więc sprowadzanie części zamiennych czy też ewentualna wysyłka całego stanowiska mogą potrwać dużo dłużej niż 14 dni.
4. Zwracamy się też z prośbą o zrównanie okresu trwania wymaganej gwarancji oraz rękojmi. W razie ewentualnej awarii urządzenia i roszczeń z tytułu rękojmi, nasza firma i tak zmuszona jest korzystać z serwisu producenta, więc koszt wydłużonej gwarancji czy rękojmi jest taki sam.

Odpowiedzi na pytania:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.
3. Zamawiający modyfikuje treść postanowienia § 7 ust. 7 umowy:

"Naprawa gwarancyjna lub nieodpłatna wymiana Przedmiotu Umowy na wolny od wad, zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 30 dni, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, a jeżeli z obiektywnych przyczyn technicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawę z zagranicy) będzie to niemożliwe, Zamawiający może wyznaczyć inny termin."

4. Zamawiający wyraża zgodę na zrównanie okresu rękojmi i gwarancji. Zamawiający modyfikuje treść postanowienia § 7 ust. 1 umowy:

"Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przez siebie Sprzętu. Wykonawca udziela na dostarczony Sprzęt gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru Przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń."

oraz § 8 ust. 3:

"Termin rękojmi jest równy okresowi gwarancji, o której mowa w § 7 umowy, i wynosi 24 miesiące. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu."

ZAMAWIAJĄCY