

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/067/2022
L. dz. KA-2/731/2022

KRAKÓW dnia: 2022-10-14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg podstawowego na pn.: **Zestaw do pomiarów sił skrawania (tj. siłomierz, wzmacniacz, okablowanie i oprogramowanie)** – znak sprawy KA-2/067/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: W specyfikacji siłomierza zakres siły został określony dla osi Z na +/-8000N. Czy dopuszczacie Państwo zakres dla osi Z wynoszący -5000...8000N?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający akceptuje zakres siły dla osi Z wynoszący -5000 ... 8000N.

Pytanie nr 2. W specyfikacji siłomierza minimalny zakres sił dla osi Fx, Fy, Fz został określony na nie większy niż +/-100N. Czy dopuszczacie Państwo zakres dla osi Fx, Fy, Fz nie większy niż 100N (tylko dla wartości dodatnich sił)? Dla sił ujemnych zakresy nie są kalibrowane w związku z czym udowodnienie wymaganej liniowości będzie niemożliwe, pomimo że z bardzo dużym prawdopodobieństwem liniowość ta będzie zachowana.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający akceptuje zmianę dotyczącą minimalnego zakresu dla osi Fx, Fy, Fz nie większy niż 100N (tylko dla wartości dodatnich sił).

Pytanie nr 3. Proszę o potwierdzenie, że okres rękojmi wynosi 12 miesięcy. W §6 ust. 1 wzoru umowy widnieje zapis „Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne produktów dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, przez okres równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 10...”) W §6 ust. 10 okres gwarancji został określony na 12 miesięcy. Natomiast w §6 ust. 8 oraz 9 znajdują się zapisy o odpowiedzialności z tytułu rękojmi w terminie dwóch lat od dnia wydania rzeczy zamawiającemu co jest sprzeczne z wcześniej przytoczonymi zapisami.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że okres rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne produktów dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy.

Pytanie nr 4. W §7 ust. 7 wzoru umowy maksymalna wysokość kar umownych została ustalona na 35% wartości umowy. Zwracam się z prośbą o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do 15% wartości umowy oraz usunięcie §7 ust. 3.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w załączniku nr 3 do SWZ projekt umowy – kary umowne §7 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

Maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert, zmianie ulega także termin związania ofertą.

Nowy termin składania ofert: 18.10.2022 o godz. 09:30

Nowy termin otwarcia ofert: 18.10.2022r.o godz. 10:00

Nowy termin związania ofertą: 16.11.2022 r