

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa systemu nawilżającego powietrze wewnątrz komory do 98%RH"** – znak sprawy **KA-2/004/2023**.

Zamawiający, **Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1)

W "SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PARAMETRÓW" , dla zadania 2 nie jest podany wymóg montażu i uruchomienie urządzenia; nie jest też podany wymóg przeprowadzenia instruktażu w zakresie w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia.

Natomiast w treści Umowy podane są te wymagania:

§2 ust. 3 W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) dostawy, montażu, ustawienia, uruchomienia urządzeń wskazanych w ust. 2,
- 4) przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń w siedzibie Zamawiającego.

Proszę zatem o doprecyzowanie, w którym dokumencie jest błąd? Czy w "SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PARAMETRÓW" zabrakło w/w wymogów, czy w projekcie Umowy wymogi te nie powinny obejmować zadania nr 2 a jedynie zadanie nr 1?

PYTANIE NR 2)

W projekcie Umowy widnieje zapis (§4 ust.6):

Karta gwarancyjna (dokumenty gwarancyjne), o której mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej, nie może zawierać następujących zapisów:

- 2) nakładających na Zamawiającego dodatkowe obowiązki, które nie są przewidziane w niniejszej umowie, a w szczególności obowiązków, których wykonanie wiązałoby się z dodatkowymi wydatkami, których koszty obciążałyby Zamawiającego,
- 4) których brak realizacji skutkowałby utratą gwarancji, bądź ograniczeniem odpowiedzialności Wykonawcy.

Systemy zamglawiające, w tym pompy zamglawiające, wymagają wykonania okresowych przeglądów oraz wymiany części i materiałów eksploatacyjnych (np. wymiana oleju w pompie). Te czynności, opisane w instrukcji obsługi, są niezbędne do prawidłowej i bezawaryjnej pracy całego systemu i są wymagane do zachowania gwarancji. Są to zatem "dodatkowe obowiązki, które nie są przewidziane w umowie" i mogą wiązać się z dodatkowymi wydatkami (np. zakup oleju do pompy czy koszt jego wymiany). Brak realizacji tych czynności skutkuje utratą gwarancji.

Proszę zatem o usunięcie zapisów:

"2) nakładających na Zamawiającego dodatkowe obowiązki, które nie są przewidziane w niniejszej umowie, a w szczególności obowiązków, których wykonanie wiązałoby się z dodatkowymi wydatkami, których koszty obciążałyby Zamawiającego,

4) których brak realizacji skutkowałby utratą gwarancji, bądź ograniczeniem odpowiedzialności Wykonawcy."

Lub dodanie zdania, że nie dotyczy to czynności oraz materiałów eksploatacyjnych wymienionych w instrukcji obsługi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Odpowiedź nr 1 :

Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ i informuje, że w ramach realizacji przedmiotu umowy **dla zadania 1 i 2** (§2 ust. 3 Umowy - stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ), Wykonawca zobowiązany jest do:

1) dostawy, montażu, ustawienia, uruchomienia zaoferowanych urządzeń

4) przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi i konserwacji zaoferowanych urządzeń w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 2 :

Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Umowa precyzuje obowiązki Wykonawcy w zakresie okresowych przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń, zgodnie z zaleceniami producenta (tzn. jeżeli jest taki wymóg to również wymiany części i materiałów eksploatacyjnych) - zgodnie z §6 ust.19:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń, zgodnie z zaleceniami producenta i w terminach wskazanych przez producenta. Przed dokonaniem przeglądu Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić jego termin z Zamawiającym. Ponadto w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się (po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym) przeprowadzić końcowy przegląd urządzeń, również bez dodatkowego wynagrodzenia. Przestrzeganie harmonogramu przeglądów urządzeń w okresie gwarancji pozostaje po stronie Wykonawcy”.