



Nr postępowania ZP3/6209/25

Poznań, dnia 07/11/2025 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **dostawę mikroskopu 3D i stolika grzewczo-mroźeniowego - 2 części**, nr sprawy ZP3/6209/25

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320) uprzejmie informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania oraz wyjaśnienia:

„Zwracamy się z zapytaniem o możliwość dopuszczenia w załączniku nr A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia odnośnie cz.1 poniższych zapisów:

1) Pojemność dysku twardego 1TB HDD oraz 256GB SSD

2) Zestaw wyposażony w obiektywy: O powiększeniach:

20x do 100x

100x do 500x

500x do 2500x

2500x do 6000x

3) Analizator wyposażony w obiektyw o powiększeniu x300 zamiast "Analizator ma być wyposażony w obiektyw z kamerą w celu prowadzenia nawigacji po próbce"

4) Jednostka zastępcza na czas naprawy

Oraz możliwości zmiany w Załączniku nr 4 do SWZ w § 7 ust. 1 podpunkt c) na: "za zwłokę w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, o których mowa w § 5 ust. 5 Umowy – w wysokości 0,2% całkowitej wartości Umowy (wynagrodzenia Wykonawcy) brutto, określonej w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wskazanego w § 5 ust. 5 Umowy, W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego na czas trwania naprawy, kara umowna opisana w niniejszym punkcie nie obowiązuje."

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

1. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Mikroskop musi posiadać obiektyw zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w którym minimalny zakres powiększenia zaczyna się od 5x (pięciokrotnego powiększenia).

3. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

4. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Z-CA KANCELARZA
ds. logistyczno-administracyjnych
Artur Ratajszozak