



Nr postępowania ZP3/6209/25

Poznań, dnia 12.11.2025 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **dostawę mikroskopu 3D i stolika grzewczo-mroźeniowego - 2 części**, nr sprawy ZP3/6209/25

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320) uprzejmie informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytanie oraz wyjaśnienia:

Pytanie nr 5

W odniesieniu do załącznika nr A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia odnośnie cz.1 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obiektywów o innych przedziałach powiększeń, które sumarycznie spełniają wymagania techniczne sprzętu (od 5x do 6000x): 5x do 20x 20x do 100x 100x do 500x 500x do 2500x 2500x do 6000x

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry powiększeń.

PROREKTOR

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek