



Oznaczenie sprawy: ZP3/7060/25

Poznań, dnia 09.01. 2026 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na **sprzedaż z dostawą i montażem oraz uruchomieniem transmisyjnego mikroskopu elektronowego z jednostką sterującą z oprogramowaniem z możliwością rozbudowy o wyposażenie do krioobrazowania i mikroanalizy rtg.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga aby uchwyty próbek dostarczone wraz z mikroskopem (Standardowy jednopochyłowy uchwyt, jednogniazdowy uchwyt na siateczki o średnicy 3 mm oraz wielogniazdowy, uchwyt jednopochyłowy, na min. 4 siateczki o średnicy 3 mm) były uszczelniane próżniowo za pomocą dwóch uszczeltek typu O-ring z ciągłym pompowaniem przestrzeni pomiędzy tymi uszczelkami w trakcie prowadzenia obserwacji? Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza ryzyko zapowietrzenia kolumny podczas wymiany próbki oraz wpływa na stabilność obserwacji.

Odpowiedź 1. Tak, Zamawiający wymaga dodatkowego uszczelnienia uchwytów jak powyżej.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z-CA KANCLERZA
ds. logistyczno-administracyjnych

Artur Ratajszczak

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
tel. +48 61 829 43 06, fax +48 61 829 44 00
artur.ratajszczak@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl