



Znak sprawy: ZP3/7089/25

Poznań dnia: 2026-02-02

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem wysokorozdzielczego spektrometru mas połączonego z chromatografem cieczowym dla Centrum Zaawansowanych Technologii**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 w związku z art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W odniesieniu do wymagań określonych w specyfikacji, zgodnie z którymi „Spektrometr musi być urządzeniem stołowym o wymiarach nie większych niż 120 × 60 × 90 cm”, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spektrometru spełniającego wszystkie pozostałe wymagania funkcjonalne i techniczne, którego wymiary wynoszą 114 × 57 × 112 cm, przy czym przekroczenie dotyczy wyłącznie jednego wymiaru, natomiast pozostałe wymiary mieszczą się w określonych w specyfikacji granicach i nie wpływają na charakter urządzenia jako stołowego ani na jego funkcjonalność?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie spektrometru spełniającego wszystkie pozostałe wymagania funkcjonalne i techniczne, którego wymiary wynoszą 114 × 57 × 112 cm, przy czym przekroczenie dotyczy wyłącznie jednego wymiaru, natomiast pozostałe wymiary mieszczą się w określonych w specyfikacji granicach i nie wpływają na charakter urządzenia jako stołowego ani na jego funkcjonalność.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

PROREKTOR

prof. dr hab. Piotr Pawluć