



Nr postępowania ZP3/7185/26

Poznań, dnia 16.03.2026 r.

Potencjalni Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na sprzedaż z dostawą inkubatora CO2.

Zgodnie z treścią art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga by data produkcji oferowanego sprzętu była nie starsza niż 2026 co daje Zamawiającemu gwarancję jakości i trwałości urządzenia oraz eliminuje ewentualne ryzyko przechowywania inkubatora w niewłaściwych warunkach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby data produkcji zaoferowanego sprzętu nie była starsza niż 2025 r., o ile warunki gwarancji sprzętu wyprodukowanego w 2025 są takie same jak dla sprzętu z datą produkcji 2026.

Ponadto, zgodnie ze Specyfikacją warunków zamówienia rozdz. 4 pkt. 4.9., dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nie używany przed dniem dostawy oraz nie pokazywany na konferencjach i imprezach targowych, ani używany w podobny sposób.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji, uruchomienia, szkolenia i serwisowania przez autoryzowany serwis producenta? Autoryzacja serwisu daje zamawiającemu gwarancję, że części używane do serwisowania urządzenia są oryginalne, a serwis jest systematycznie szkolony przez producenta, co jest wymogiem producenta potwierdzającego autoryzację.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, aby czynności związane z dostawą, instalacją oraz instruktażem z obsługi sprzętu dla użytkowników były wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga certyfikatu: ISO 9001 Producenta i Serwisu oraz CE urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie miało certyfikat CE. ISO 9001 nie jest wymagane.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować typ zasilania 230 czy 120 V ? Zwracamy uwagę że, w Polsce standardem jest napięcie 230 V (o częstotliwości 50 Hz), zgodnie z normami Unii Europejskiej. Gniazdka typu C i E są dostosowane do tego napięcia. Napięcie 120 V (60 Hz) obowiązuje w USA, Kanadzie i części Ameryki Południowej, więc urządzenia stamtąd nie będą działać bezpośrednio w Polsce bez transformatora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie miało typ zasilania 230V, zgodnie z normami UE.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu oferty.

Kanclerz


dr Marcin Wysocki