



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Suwałki, dnia 25/05/2026 r.

L.dz. SZW.DZI.262.392/37/PN/AK/2026

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 37/PN/AK/2026

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia pn.: **Zakup, dostawa i instalacja aparatury obrazowej tj. USG w ramach projektu pn.: " Poprawa dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

UCZESTNIK 1

Dotyczy: Część 3 Aparat USG na potrzeby Poradni Reumatologicznej

Pyt. 1 Lp. 65

Czy zamawiający dopuści leżankę regulowaną, która posiada 2 stopki i 2 kółka jezdne?
Dwie stopki pozycjonujące stanowią jednocześnie układ hamulcowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pyt. 2 Lp. 66

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów dotyczących parametrów obciążenia urządzenia.
Zamawiający wymaga:

- bezpiecznego obciążenia roboczego min. 180 kg,
- udźwigu min. 150 kg.

Prosimy o wyjaśnienie, czy przez wskazane parametry Zamawiający rozumie dwa różne wymagania techniczne, czy też wartości te odnoszą się do tego samego parametru urządzenia.

Prosimy również o potwierdzenie, który parametr będzie podlegał ocenie zgodności oferty z wymaganiami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: bezpiecznego obciążenia roboczego min. 180 kg, jednocześnie Zamawiający wykreśla sprzeczny parametr opisany w pkt. 65 zał. 5 do SWZ dla części 3.

UCZESTNIK 2

1. Czy w Części nr 1 Zamawiający dopuści Aparat USG o parametrach jak poniżej?

Diagnostyka ultrasonograficzna struktur oka: komory przedniej, ciała szklistego, siatkówki, mięśni galki ocznej, biometria ultrasonograficzna

Monitor dotykowy TFT LCD kolorowy, 10,4" z możliwością pochylania

Funkcja ZOOM umożliwiająca uzyskanie powiększenia obrazu 200%

System samodzielny, nie oparty na zewnętrznym komputerze PC

CHARAKTERYSTYKA USG B:

Głowica sektorowa typu B: 10 MHz



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Głębokość skanowania głowicy: 35,2 mm do 48 mm (wizualizacja głębokich struktur gałki ocznej pozasiatkówkowych – mięśnie i inne)

Zakres przemieszczania: 20 klatek/sekundę w trybie standardowym

Zautomatyzowane nagrywanie VIDEO w czasie rzeczywistym

Rozbudowany system kalkulacji obrazu: pole powierzchni (z możliwością obrysowania diagnozowanego obrazu na ekranie dotykowym, wraz ze zmierzeniem gęstości zaznaczonej zmiany), kąt, odległość

Możliwość nakładania projekcji A na obraz B w czasie rzeczywistym

Rozdzielczość osiowa i poprzeczna 0.6 mm

Ilość linii akustycznych 131 (krok co 0,4 stopnia)

CHARAKTERYSTYKA MODUŁU BIOMETRYCZNEGO

Głowica biometryczna A 10MHz z wklęsłym kształtem czola głowicy (dla anatomicznego ułożenia na rogówce pacjenta)

Metoda badania: kontaktowa oraz immersyjna

jednorazowe nakładki immersyjne, bez konieczności wypełniania wodą

System elektroniczny przesłonięty ringowych, eliminujący błąd przystawienia głowicy poza osią optyczną oka

Sonda półprzewodnikowa

Fiksator: wbudowana w sondę czerwona dioda LED

Średnica końcówki: ϕ 5.3 mm

Wymiary / waga: ϕ 8 mm x 100 mm / 30 g

Pomiar długości osiowej: 15.00 – 45.00 mm

Pomiar głębokości komory przedniej: 1.8 – 7.00 mm

Pomiar grubości soczewki: 2.00 – 6.00 mm

Dokładność pomiaru: \pm 0.1 mm

Rozdzielczość pomiaru: 0.01 mm

Formuły kalkulacyjne: Haigis (optymalizowany i standard), Hoffer Q, Holladay 1, SRK/T, SRK II, SRK Showa, SRK/T Podwójnego K, Shammas-PL

WYPOSAŻENIE

Wbudowana drukarka termiczna przeznaczona do wydruku wyników biometrycznych (papier o szer. 57mm)

Pedał nożny umożliwiający uruchomienie i zatrzymanie pracy głowicy

Dedykowany stolik elektryczny

Tacka do sterylizacji z matą na wiele instrumentów 15,2x25,4x3,8cm

Taboret lekarski jak na zdjęciu poniżej

Wymiary USG: 310 x 214 x 326 mm

Masa: 6 kg

Zasilanie: 100-240 VAC, 50/60Hz

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

2. Czy Zamawiający w części nr 1 wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu punktu 29 dot. podłączenia i skonfigurowania urządzenia do systemu PACS, oraz poniesienia przez Wykonawcę kosztów serwisowych, licencyjnych związanych z w/w podłączeniem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

3. Czy Zamawiający w części nr 1 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 23 do osobnego pakietu, standardowo dostępne USG okulistyczne służą do siagnostyki i nie posiadają w zestawie głowic chirurgicznych do fakoemulsyfikacji i lansektomii.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

4. Czy Zamawiający w części nr 1 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 27 „leżanka regulowana” do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

5. Czy Zamawiający w części nr 2 dopuści sondę UBM o parametrach jak poniżej?
o Sonda o częstotliwości 40MHz



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- o Możliwość pomiaru kątów i długości
- o Maksymalna liczba klatek w filmie 2x100
- o Zakres wyświetlania obrazu 9mm(W)/7mm (D)
- o Zakres przemieszczania co najmniej 10 klatek/sekundę w trybie standardowym
- o System badania pacjenta umożliwiający brak konieczności używania kielicha z wodą
- o Skala szarości 256 odcieni

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

6. DOTYCZY CZĘŚCI 1,2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków serwisowych: czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju na max 5 dni, oraz czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych z zagranicy na max 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

7. DOTYCZY CZĘŚCI 1,2: Czy w związku z faktem, że ustawa o wyrobach medycznych i rozporządzenie Rady Parlamentu UE 2017/745 (MDR) art. 10 - nie nakładają obowiązku zapewniania części zamiennych oraz zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt: KIO 2648/18 WYROK

z dnia 14 stycznia 2019 r. - z którego wynika, iż Zamawiający może żądać zapewnienia części, ale na okres nie dłuższy niż ogólna gwarancja – Zamawiający dopuści zmianę treści SWZ w pakiecie nr 1,2: „dostępność części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia min 5 lat”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 3

Pytanie 1 do załącznika nr 9 część 1 formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo- cenowy dla części 1 zawiera pola do uzupełnienia takie jak cena jednostkowa brutto, wartość brutto, vat %.

W związku z wymogiem dostarczenia wyposażenia wraz z aparatem usg, które jest objęte inną stawką vat, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego poprzez wyodrębnienie w formularzu kilku pozycji w danym pakiecie dla usg oraz elementów wyposażenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2 do załącznika nr 9 część 1 formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający wymaga dostawy 1 sztuki aparatu usg przenośnego czy dwóch sztuk zgodnie z informacją wpisaną w formularzu asortymentowo- cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy 1 szt. Aparatu USG przenośnego opisanego w części 1, zmodyfikowany zał. Nr 9 formularz asortymentowo-cenowy do SWZ zostanie udostępniony na stronie postępowania.

UCZESTNIK 4

Załącznik nr 5 do SWZ - Część 4. Aparat USG na potrzeby Poradni Diabetologicznej – 1 szt.

Dot. Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych – pkt. 7, 8, 13

Zamawiający w pkt. 7, 8 i 13 zawarł wymogi dotyczące ilości gniazd sond obrazowych, które są niejednoznaczne i w pewnym stopniu sprzeczne. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada 3 aktywne, niezależne identyczne gniazda dla różnego rodzaju sond obrazów oraz 1 gniazdo tzw. parkingowe z możliwością aktywacji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga min. 3 aktywne, niezależne identyczne gniazda dla różnego rodzaju sond obrazów oraz 1 gniazdo tzw. parkingowe z możliwością aktywacji. Zamawiający usuwa parametr opisany w pkt. 8 w części 4 ZWZ.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zamawiający informuje, iż **odpowiedzi na zapytania do SWZ**, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 37/PN/AK/2026 z dnia 28/04/2026 r.

Z poważaniem
Adam Szałanda
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach