



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Suwałki, dnia 26/05/2026 r.

L.dz. SZW.DZI.262.396/37/PN/AK/2026

Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 37/PN/AK/2026

### Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia pn.: **Zakup, dostawa i instalacja aparatury obrazowej tj. USG w ramach projektu pn.: " Poprawa dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

#### UCZESTNIK 1

Dotyczy: Części 5. Aparat USG na potrzeby Poradni Ortopedyczno-Urazowej

##### **Pyt. 1 dot. Lp. 11**

Czy zamawiający dopuści panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu o przekątnej 12"?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

##### **Pyt. 2 dot. Lp. 67**

Czy zamawiający dopuści leżankę regulowaną, która posiada 2 stopki i 2 kółka jezdne?

Dwie stopki pozycjonujące stanowią jednocześnie układ hamulcowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

##### **Pyt. 3 dot. Lp. 67**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów dotyczących parametrów obciążenia urządzenia.

Zamawiający wymaga:

- bezpiecznego obciążenia roboczego min. 180 kg,

- udźwigu min. 150 kg.

Prosimy o wyjaśnienie, czy przez wskazane parametry Zamawiający rozumie dwa różne wymagania techniczne, czy też wartości te odnoszą się do tego samego parametru urządzenia.

Prosimy również o potwierdzenie, który parametr będzie podlegał ocenie zgodności oferty z wymaganiami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: bezpiecznego obciążenia roboczego min. 180 kg, jednocześnie Zamawiający wykreśla sprzeczny parametr „udźwigu min. 150 kg” opisany w pkt. 67 zał. 5 do SWZ dla części 5.

Zamawiający informuje, iż **odpowiedzi na zapytania do SWZ**, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl) i <https://e-propublico.pl>. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak:  
37/PN/AK/2026 z dnia 28/04/2026 r.

Z poważaniem  
**Adam Szałanda**  
Dyrektor  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach