



Oznaczenie sprawy: ZP3/8037/26

Poznań, dnia 23.06.2026 r.

### Wszyscy Wykonawcy

### ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Sprzedaż z dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia sali dydaktycznej – Pracowni Histologii w Instytucie Nauk Medycznych UAM w Pile** – znak sprawy ZP3/8037/26.

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści kamerę spełniającą wszystkie wymogi, ale z czasem ekspozycji 29  $\mu$ s–15s? Różnica jest minimalna i nie wpłynie na użytkowanie mikroskopu.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kamerę z czasem ekspozycji 29  $\mu$ s–15s.

#### Pytanie nr 2 dot. punktu 7.2 SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej z następującego:

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę z montażem i uruchomieniem wyposażenia **sali dydaktycznej – pracowni histologii o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto** oraz załączy dowody określające czy wskazana dostawa została wykonana należycie.”

na następujący:

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań  
tel. +48 61 829 43 07  
tadeusz.wallas@amu.edu.pl

[www.amu.edu.pl](http://www.amu.edu.pl)

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę z montażem i uruchomieniem wyposażenia **sali dydaktycznej – o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto** oraz załączy dowody określające czy wskazana dostawa została wykonana należycie.”

Uzasadnienie:

Zwracamy się z prośbą o usunięcie z warunku udziału w postępowaniu zapisu dotyczącego obowiązku wykazania dostawy wyposażenia konkretnie do pracowni histopatologii, jako wymogu nadmiernie zawężającego krąg potencjalnych wykonawców.

W naszej ocenie wskazanie tak szczegółowego rodzaju pracowni nie pozostaje w proporcji do przedmiotu zamówienia oraz nie znajduje wystarczającego uzasadnienia merytorycznego. Dla oceny zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy kluczowe znaczenie powinno mieć doświadczenie w realizacji dostaw obejmujących montaż i uruchomienie specjalistycznego wyposażenia sal dydaktycznych, o wymaganym poziomie złożoności i wartości, a nie fakt, czy dostawa była realizowana wyłącznie na potrzeby pracowni histopatologii.

Dostawy mikroskopów oraz innego specjalistycznego wyposażenia dydaktycznego do różnych typów pracowni (np. biologicznych, medycznych, laboratoryjnych czy diagnostycznych) wymagają porównywalnych kompetencji organizacyjnych, technicznych i logistycznych. O należyтым wykonaniu zamówienia świadczy zatem zakres, wartość i charakter dostawy, a nie wyłącznie specjalizacja konkretnej pracowni.

Utrzymanie obecnego zapisu może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji poprzez wykluczenie wykonawców posiadających adekwatne doświadczenie w realizacji analogicznych dostaw, lecz na rzecz innych pracowni o zbliżonym charakterze. Tak sformułowany warunek może naruszać zasadę proporcjonalności oraz uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie zmienia warunku udziału w postępowaniu.

**Pytanie nr 3 dot.: §7 ust.1 litera a) Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za odstąpienie od Umowy, albo jej części, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca z 20% do 10%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej za odstąpienie od umowy.

**Pytanie nr 4 dot.: §7 ust.4 Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust.4 Wzoru umowy z następującego:  
„4.Wysokość kary umownej naliczonej za zwłokę na podstawie ust. 1 pkt b) nie może przekroczyć 30 % całkowitej wartości umowy brutto wskazanej w § 2 ust. 1 umowy”  
na następujący:

4.Wysokość kary umownej naliczonej za zwłokę na podstawie ust. 1 pkt b) nie może przekroczyć 10 % całkowitej wartości umowy brutto wskazanej w § 2 ust. 1 umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w wysokości kary umownej na **20%**.



**Pytanie nr 5 dot.: §7 ust.5 Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust.5 Wzoru umowy z następującego:

*„5. Wysokość kary umownej naliczonej za zwłokę na podstawie ust. 1 pkt c) nie może przekroczyć 30% całkowitej wartości umowy brutto wskazanej w § 2 ust. 1 umowy.”*

na następujący:

5. Wysokość kary umownej naliczonej za zwłokę na podstawie ust. 1 pkt c) nie może przekroczyć 10 % całkowitej wartości umowy brutto wskazanej w § 2 ust. 1 umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w wysokości kary umownej na **20%**.

**Pytanie nr 5 dot.: §7 ust.6 Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust.6 Wzoru umowy z następującego:

*„6. Łączna maksymalna suma kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 40 % całkowitej wartości umowy brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy.”*

na następujący:

6. Łączna maksymalna suma kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20 % całkowitej wartości.


**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w wysokości kary umownej na **30%**.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pełnomocnik Rektora  
ds. Rozwoju Uczelni

  
prof. dr hab. Tadeusz Wallas