UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Z-ca Kanclerza ds. Logistyczno-Administracyjnych

Poznań, dnia 27.08.2026 r.

Oznaczenie sprawy: ZP3/8389/26

Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji istotnych zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793) w trybie przetargu nieograniczonego na: **sprzedaż z dostawą aparatury i materiałów laboratoryjnych (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części).**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. Pytanie do cz. 2, poz. 7 Zamawiający wskazuje op. 100szt probówek. W ofercie posiadamy op. 250szt. Opakowań nie rozpakowujemy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie op. 250szt.?
Odpowiedź 1. Tak, Zamawiający akceptuje opakowania zawierające 250 szt. Ponadto Zamawiający dokonuje zmian w zakresie ilości przedmiotu zamówienia jaki zamierza nabyć. Patrz poniżej zmiany SWZ.

Pytanie 2. Pytanie- projektowe postanowienia umowy § 4 Zwracamy się z pytaniem czy nie zaszła omyłka polegająca na błędnym wpisaniu wymogu dostarczenia wraz z dostawą certyfikatu IVD? W dokumentach postępowania nie ma informacji, że wymagany jest produkt IVD.
Odpowiedź 2. Tak, zaszła omyłka.

Pytanie 3. Pytanie do cz. 1- wirówka z chłodzeniem W związku z planowanym wycofaniem modelu, którego wymaga Zamawiający, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wirówki o następujących parametrach:
1) Maksymalna siła wirowania 20 913 xg
2) Możliwość regulacji prędkości w zakresie od 200 rpm do 14 000 rpm ze skokiem co 10 rpm do 5 000 rpm i skokiem co 100 rpm powyżej 5 000 rpm.
3) Umożliwiający pracę z 14 różnymi rotorami (np.: z rotorem do wirowania 48 probówek o poj. 1,5/2,0mL, do wirowania płytek oraz z rotorem kątowym do wirowania probówek stożkowych 15mL i 50mL.).
4) Pobór mocy: 1650 W.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
tel. +48 61 829 43 06, fax +48 61 829 44 00
artur.ratajszczak@amu.edu.pl

UCZELNIA BADAWCZA
HR EXCELLENCE IN RESEARCH
EPICUR

5) Czas rozpędzania do prędkości maksymalnej - 19s, czas hamowania - 18s (przy użyciu rotora kątowego do wirowania probówek 1,5/2,0mL)
6) Możliwość ustawienia czasu pracy od 1 min do 99min.
7) Posiada funkcję pracy ciągłej.
8) Możliwość zapisania 35 programów w pamięci wirówki.
9) Zakres temperatury pracy od -9°C do +40°C.
10) Automatyczne powiadomienie w przypadku źle wyważonego rotora.
11) Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora i ograniczenia prędkości wirowania.
12) wysokość wirówki z otwartą pokrywą maksymalnie: 74cm.
13) Wymiary (s x g x w) nie większe niż: 63,4 x 55,0 x 34,2 cm
14) Waga: nie więcej niż 80kg.
15) Funkcja automatycznego wyłączenia po 8 godzinach bezczynności.
16) Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania.
17) Funkcja utrzymywania temperatury komory w trybie stand-by do momentu otwarcia pokrywy.
18) Funkcja szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowana.
19) Wyposażona w dren odprowadzający wilgoć i skropliny z komory.
20) Możliwość zaprogramowania wstępnego schładzania urządzenia na określony dzień i czas.
21) Gwarancja: min. 36 miesiące.
22) Autoryzowany serwis na terenie Polski.
23) Zestaw będzie zawierał:
- rotor kątowy do wirowania 30 probówek o poj. 1,5/2,0mL działający z maksymalną prędkością do 14 000 rpm i maksymalną siłą wirowania 20 817 x g
- rotor wychylny do wirowania 2 płytek PCR. Rotor działa z maksymalną prędkością do 3 700 rpm i maksymalną siłą wirowania 2 250 x g.

Odpowiedź 3. Tak, Zamawiający dopuszcza wirówkę o wyżej wskazanych parametrach.

Zmiany SWZ

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust 1 w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793) zmienia treść SWZ:

1. Zmawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Formularz cenowy część 2) oraz Załącznika nr A do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia cześć 2). Zmiana dotyczy ilości zamawianych materiałów laboratoryjnych w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zamówienia.
2. Zamawiający zmienia zapisy rozdz. 20 pkt. 20.2 ppkt. 3 Tabeli nadając mu nowe następujące brzmienie:

3	**KRYTERIUM – Kryterium środowiskowe – oferta uzyska liczbę 0 albo 20 punktów na podstawie załączonych do oferty dokumentów (certyfikat)** Następnie zostaną przeliczone wg wzoru: $Ś = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty w tym kryterium}}{\text{największa liczba punktów otrzymanych przez ofertę w tym kryterium}} * 100 \text{ pkt.}$ **Punkty będą przyznawane w następujący sposób:** Wyprodukowanie sprzętu w myśl norm zrównoważonego zarządzania energią potwierdzone spełnieniem norm np. ISO 14021 wystawione przez odpowiednią jednostkę oceniającą w rozumieniu ustawy pzp – do oferty należy dołączyć kserokopię ważnego i aktualnego certyfikatu dla każdego producenta sprzętu oferowanego przez wykonawcę, opatrzoną podpisem kwalifikowanym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Certyfikat ISO 14021 musi być wystawiony dla każdego producenta aparatury i materiałów laboratoryjnych oferowanych przez wykonawcę wskazanego w formularzu cenowym. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano

	lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. **Oferta uzyska 20 pkt. jeśli Wykonawca dołączy do oferty wskazane wyżej certyfikaty dla każdego producenta sprzętu zaoferowanego w Formularzu cenowym Wykonawcy.** **Oferta uzyska 0 pkt. jeśli Wykonawca nie dołączy do oferty wskazanych wyżej certyfikatów dla każdego producenta sprzętu zaoferowanego w Formularzu cenowym Wykonawcy.**

3. Zamawiający do uzupełnia informację dotycząca współfinansowania projektu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

European Funds for Smart Economy | Republic of Poland | Co-funded by the European Union | FNP Foundation for Polish Science

FENG.02.01-IP.05-M038/25, TREAT-EXP: Opracowanie strategii terapeutycznych chorób genetycznych człowieka powodowanych ekspansją powtórzeń nukleotydowych.

W związku z wprowadzonymi zmianami na stronie internetowej prowadzonego postępowania został zamieszczone załączniki zawierające naniesione zmiany:
- Załącznik nr 2 – Formularz cenowy część 2,
- Załącznik nr A – Opis przedmiotu zamówienia część 2,
- Załącznik nr 4 – Projektowe postanowienia umowy część 1.

Zmiana terminu otwarcia ofert

Uprzejmie informujemy, iż w związku z powyższymi, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793), dokonuje w w/w postępowaniu zmiany następujących terminów:

Termin składania ofert zostaje on przesunięty z dnia 31.08.2026 r., godz. 10:00 na dzień 07.09.2026 r., **godz.: 10:00.**

Termin odszyfrowania ofert zostaje on przesunięty z dnia 31,08.2026 r., godz. 10:00 na dzień 07.09.2026 r., **godz.: 10:30.**

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy rozdz. 15 pkt. 1 SWZ i otrzymują następujące brzmienie: „15 pkt. 1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: 05.10.2026 r.”

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z-CA KANCLERZA
ds. logistyczno-administracyjnych
Artur Ratajszczak