Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską

Zamawiający:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Poznań, dnia 14.10.2026 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego,** o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp:

dostawę aparatury naukowo-badawczej – 3 części

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć następującą kwotę:
Część 1 – **7.181.708,19 zł brutto**
Część 2 – 2.528.827,11 zł brutto
Część 3 – 4.088.590,66 zł brutto

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu **14.10.2026r. o godz. 10:30**, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

część 1

Nr oferty	**Nazwa (firma) i adres wykonawcy**	Cena oferty brutto [zł]	Parametry techniczne	Kryteria środowiskowe
2	KAWA.SKA Sp. z o.o. ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne NIP 1231021965, śred. przed.	7.180.738,77	co najmniej 2 różne dodatkowe lasery, możliwość rozbudowy o 2 detektory, możliwość rozbudowy systemu o moduł do pomiarów czasu życia fluorescencji – TAK, najwyższa deklarowana rozdzielczość XY obrazu - > 50 i ≤ 120 nm,	efektywność energetyczna systemu: - W, serwisowalność i dostępność części: co najmniej 10 lat, możliwość rozbudowy/wymiany dwóch typów modułów

Część 2

Nr oferty	**Nazwa (firma) i adres wykonawcy**	Cena oferty brutto [zł]	Parametry techniczne	Kryteria środowiskowe
1	CellService Grzegorz Kołodziej Poznań 60-143; ul. Podchorążych 4 NIP 7791261001, jdg	2.527.525,77	Maksymalna częstotliwość impulsów lasera mikrodysekcyjnego ≥5000 Hz, możliwość automatycznej rejestracji filmu – TAK, możliwy zakres dostępnych powiększeń dedykowanych do mikrodysekcji minimum od ≤1,25× do ≥150×, konstrukcja prowadzenia lasera - prowadzenie wiązki lasera przez tor optyczny mikroskopu i obiektyw do obserwacji preparatów - TAK	efektywność energetyczna systemu: /-/ W, serwisowalność i dostępność części: co najmniej 10 lat, możliwość rozbudowy/wymiany dwóch typów modułów

Część 3

Nr oferty	**Nazwa (firma) i adres wykonawcy**	Cena oferty brutto [zł]	Parametry techniczne	Kryteria środowiskowe
3	Carl Zeiss Sp. z o.o. ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań NIP 1180039730, śred. przed.	4.087.975,11	możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe lasery wzbudzające do analiz FLIM – TAK, możliwość uzyskania rozdzielczości poniżej 100 nm metodą zintegrowaną z mikroskopem konfokalnym – NIE,	efektywność energetyczna systemu: 1600 W, serwisowalność i dostępność części: co najmniej 10 lat, możliwość rozbudowy/wymiany co najmniej trzech typów modułów funkcjonalnych bez wymiany całego systemu