



ZP-271-35/19

Kraków, dnia 21.05.2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę filtrów z węglem aktywowanym i kleszczyków laparoskopowych oraz naprawę aparatu RTG.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy części 3 - par. 2 ust. 1 wzoru umowy dla części 3.

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane części zamiennne mają być oryginalne, w oryginalnych opakowaniach od producenta aparatu.

Zaproponowany zapis pozwala na zabezpieczenie się Zamawiającego przed stosowaniem przez Wykonawcę części zamiennych pochodzących z wyeksploatowanych lub wycofanych z użytkowania aparatów, części wyeksploatowanych, nie testowanych wcześniej pod kątem prawidłowej pracy, tym samym eliminując sytuację wykorzystywania aparatu będącego własnością Zamawiającego jako swegoistego urządzenia do testowania części niewiadomego pochodzenia. Uprzejmie informujemy, że na polskim rynku są firmy, które skupują stare aparaty w celu wykorzystania używanych części do naprawy innych aparatów.

Zwracamy uwagę, że instalowanie części zamiennych, nieznanego pochodzenia, innych niż przewidział producent, przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy popartej certyfikatami szkoleniowymi oraz doświadczenia, może prowadzić do sytuacji, w której określone prawem wymagania zasadnicze dla danego wyrobu nie zostaną spełnione, co może nieść ryzyko w sferze bezpieczeństwa, jakości czy niezawodności wyrobu medycznego oraz wpłynąć na ważność znaku CE wydanego dla tego wyrobu. Dodatkowo może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie pozostałych komponentów i prowadzić do awarii. Ponadto aparat, który nie odpowiada konfiguracji producenta (np. posiada części inne niż zalecane przez producenta) może nie spełniać wymogów przeglądowych.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z par. 2 ust. 2 wzoru umowy dla części 3 Zamawiający wymaga, aby części zamiennne zamontowane w ramach umowy były fabrycznie nowe.

Pytanie 2

Dotyczy części 3 - par. 2 ust. 3 wzoru umowy dla części 3.

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek posiadania legalnych kodów i kluczy serwisowych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganej przez Zamawiającego naprawy.

Zwracamy uprzejmie uwagę, że spotykana jest praktyka oświadczania o posiadaniu kodów "ściągniętych z internetu" - pragniemy podkreślić, że dedykowane oprogramowanie serwisowe jest własnością Siemens Healthcare GmbH, posiadającym pełnię praw z zakresu praw własności intelektualnej do jego treści, a korzystanie z niego może się odbywać wyłącznie na podstawie odrębnie zawartej umowy licencyjnej. Kody licencyjne nie są udostępniane przez producenta lub jego przedstawiciela "do ściągnięcia z internetu". Podjęcie wykonania przeglądu/serwisu przez podmiot nieposiadający ww. oprogramowania może oznaczać, że podmiot ten nie wykona prawidłowo wyżej opisanej czynności, co może spowodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia pacjentów i personelu oraz może prowadzić do przedwczesnego zużycia się aparatu i w konsekwencji kosztownych napraw.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z par. 2 ust. 3 wzoru umowy dla części 3 Zamawiający nie zapewnia kodów serwisowych. Należy to rozumieć w ten sposób, że jeżeli do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne jest posiadanie kodów serwisowych to ich pozyskanie leży po stronie wykonawcy.

Pytanie 3

Dotyczy części 3 - punkt 6 SIWZ.

Czy przedmiotowe zamówienie ma wykonać osoba posiadające aktualne szkolenia wystawione przez producenta lub autoryzowane przedstawiciela producenta przedmiotowego aparatu czy dowolna osoba bez uprawnień?

Wyjaśnienie:

Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące.

Termin składania ofert został przedłużony **do dnia 24.05.2019 r. do godz. 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 r. o godz. 12:15. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.