



Znak: ZP-271-65/19

Kraków, dnia 2019-11-06 r.

**Wykonawca, którym przekazano  
specyfikację oraz stronę  
internetową postępowania**

## **Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony na **„Pogwarancyjny serwis tomografu komputerowego oraz aparatu PET/CT - obejmujący przeglądy techniczne” (ZP-271-65/19)** zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:

### **Pytanie 1**

Dot. Zmiana Załącznika nr 2 – modyfikacje

Zamawiający we SIWZ w wyniku zadanych pytań dokonał zmiany Załącznika nr 2 w zakresie wymaganych aktualizacji. W chwili obecnej Zamawiający wymaga Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software'u systemowego i aplikacyjnego oraz modyfikacji urządzenia

Wskazujemy, iż wprowadzony zapis jest nieprecyzyjny oraz w sposób znaczący ogranicza konkurencję dając możliwość złożenia oferty jedynie producentowi sprzętu lub też jego autoryzowanemu przedstawicielowi.

Zgodnie z art. 29 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisują się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Przy obecnym brzmieniu opisu przedmiotu zamówienia poza samym producentem aparatu (lub spółkami z nim powiązanymi) żaden z innych wykonawców nie jest w stanie precyzyjnie ustalić zakresu swojego świadczenia, ani tym bardziej go wycenić. Jedynymi podmiotami faworyzowanymi przez takie ukształtowanie zapisów SIWZ pozostają zatem podmioty z grupy kapitałowej producenta.

Jednocześnie, uzależnienie udziału w postępowaniu Wykonawcy od Producenta stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, który mówi, że: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości”.

W wyroku KIO nr 1817/19 z dn. 1.10.2019 r. Izba wskazała, iż w okoliczność, w której skalkulowanie i złożenie oferty przez Wykonawcę w postępowaniu uzależnione są od wiedzy i woli Producenta, stanowi o braku równowagi konkurencyjnej pomiędzy podmiotami. Ponadto w wyroku z dn. 1.06.2017 r. Sąd Okręgowy wskazał, iż zaniechanie wystarczającego opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności odsyłanie do informacji posiadanych przez inne podmioty, stanowi naruszenie art. 29 ust 1 ustawy PZP.

Ponadto, wskazujemy że zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych, to wytwórca jest obowiązany zapewnić, że autoryzowany przedstawiciel oraz każdy inny podmiot upoważniony przez wytwórcę do działania w jego imieniu w sprawach incydentów medycznych i w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wyrobu będą realizowali zewnętrzne działania korygujące dotyczące bezpieczeństwa - Field Safety Corrective Action. Innymi słowy, to wytwórca (producent) sprzętu jest ustawowo zobowiązany do bezpłatnego dokonywania bieżących aktualizacji w zakresie koniecznym dla zapewnienia bezpieczeństwa aparatu jego produkcji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie zmiany w treści SIWZ oraz usunięcie z zakresu przedmiotu zamówienia aktualizacji software'u systemowego i aplikacyjnego oraz modyfikacji urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis dotyczący modyfikacji znajdujący się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załączniku nr 2 do SIWZ w zakresie części nr 1:**

~~„Modyfikacje~~

- ~~Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.~~
- ~~Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software'u systemowego i aplikacyjnego oraz modyfikacji urządzenia.”~~

Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.