

**USZCZEGÓLOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Postępowanie przetargowe : „Dostawa odczynników do biochemii klinicznej, immunochemii i serologii wraz z dzierżawą analizatorów w 4 pakietach”.**

**Pakiet III – Odczynniki immunochemiczne z Troponiną wraz z dzierżawą analizatora**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa testu</b>	<b>Ilość oznaczeń na 24 miesiące</b>
1	CEA	800
2	Ca-125	800
3	Ca-19.9	800
4	Ca-15.3	400
5	Anty TPO	1 500
6	Anty TG	1 000
7	Ferrytyna	300
8	Prokalcytonina	500
9	Witamina D3	10 000
10	Witamina B12	500
11	Kwas foliowy	300
12	Parathormon	1 000
13	Troponina	6 500
14	CK-MB	500
15	Mioglobina	300
16	Pro - BNP	4 000
17	TSH	30 000
18	FT3	8 500
19	FT4	12 000
20	HCG + beta	500
21	AFP	400
22	Insulina	400
23	Toxo IgG	600
24	Toxo IgM	1 600
25	He4	400
26	Kortyzol	200
27	Anti TSHR	400
28	Ca 72-4	200
29	Homocysteina	200

**Wymagane parametry analizatora:**

- 1.** Analizator w pełni automatyczny, pracujący w systemie "Random Access", dostarczony do laboratorium po kompleksowym przeglądzie serwisowym.
- 2.** Metodyka badań zastosowana w analizatorze: chemiluminescencja.
- 3.** Możliwość wykonania wszystkich wymienionych w specyfikacji parametrów.
- 4.** Wydajność aparatu nie mniejsza niż 80 oznaczeń/godzinę.
- 5.** Pobieranie próbek bezpośrednio z probówek pierwotnych po ich wirowaniu.
- 6.** Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w badanym materiale.
- 7.** Szybkość otrzymania wyniku do 30 minut.

8. Kalibracja i rekalkibracja przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów.
9. Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych o objętości dla jednego oznaczenia nie większej niż 50 mikrolitrów
10. Aparat wolnostojący lub ze stołem do instalacji i pracy aparatu.
11. Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator.
12. Wymogiem zamawiającego jest by jakość testu do troponiny była zgodna i nie gorsza niż zalecenia i wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ( błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń u osób zdrowych nie większy niż 10% CV) .
13. Aparat z wbudowanym systemem chłodzenia odczynników na pokładzie.
14. Aparat z systemem podtrzymującym napięcie UPS.
15. Zapewnienie dwukierunkowego przesyłania danych, podłączenie do LIS Info-Medica .
16. Wymagany jest wieloparametrowy materiał kontrolny producenta odczynników dla oznaczeń hormonalnych
17. Zapewnienie kontroli zewnętrznej Randox - comiesięcznej : immunochemia na rok 2021-y i kardiologia na czas trwania umowy.
18. Wykonawca zapewni dostosowanie pracowni do wymogów aparaturowych pod względem temperatury i wilgotności oraz infrastruktury dla potrzeb pracy na aparacie.
19. Wymagany bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy.
20. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i naprawy analizatora do 24 godzin roboczych. W razie usterki trwającej powyżej 24 godzin roboczych wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysłania badań do laboratorium zewnętrznego
21. W przypadku niedoszacowania oferty wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie brakujących ilości odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych.

**Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:**

- a. deklarację zgodności CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub oświadczenie, że nie jest ono wymagane,
- b. świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
- c. instrukcja przechowywania i składowania produktów, **(dołączenie instrukcji do pierwszej dostawy)**

**Wymagania ogólne związane z przedmiotem zamówienia.**

1. Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat.
2. W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.
3. Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub fax. / 017 2271233 – kier. Laboratorium Analitycznego.
4. W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SIWZ.
6. W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu leczniczego innego niż w SIWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/.

7. Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia dostarczonego asortymentu w poszczególnych pakietach nie mniej niż 6 miesięcy. *(Jeśli okres ten jest krótszy, wymagane jest telefoniczne uzgodnienie realizacji zamówienia z Zamawiającym)*
9. W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw.
1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia .
2. Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia magazynowego laboratorium , wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy.
3. Napisy na opakowaniu w języku polskim.
- 14) Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego oraz numer katalogowy i producenta.

#### **Wymagania szczegółowe Zamawiającego:**

- Wymagane dołączenie do oferty (na wezwanie) kart charakterystyki substancji/ preparatu dla wszystkich odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych.
- Karty techniczne analizatora, karty techniczne odczynnika (instrukcji metodyki testu) - dołączenie wraz z aparatem.
- Transport produktów winien odbywać się w kontrolowanej temperaturze .
- Okres ważności odczynników – min. 6 miesięcy. Jeśli okres jest krótszy, wymagane jest telefoniczne uzgodnienie realizacji zamówienia.

#### **Kryteria wyboru oferty:**

1. Cena – 60 %  
 cena oferty najtańszej  
 \_\_\_\_\_ X 100 x 60% = liczba punktów  
 cena oferty badanej

2. Warunki techniczne - 35 %

#### **TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 3**

Lp.	Dotyczy pozycji nr:	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	Analizator	A Działanie analizatora	0-10	Dowolne działanie analizatora – 0 pkt.  Działanie w oparciu o wymienne końcówki do pobierania próbki i odczynników ( eliminacja efektu przenoszenia Carry over) – 10 pkt.
2.	Analizator	B	0-10	Brak dodatkowych funkcji

		Dodatkowe funkcje analizatora		otwierania i zamykania – 0 pkt.  Automatyczne otwieranie i zamykanie zestawów odczynnikowych na pokładzie analizatora , zapobiegające parowaniu odczynnika – 10 pkt.
3.	17, 18, 19	C Dodatkowe wartości referencyjne testów	0-5	Brak dodatkowych wartości referencyjnych – 0 pkt.  Posiadanie określonych przez producenta specyficznych wartości referencyjnych dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz dla osób starszych – 5 pkt.
4.	Analizator	D Szybkość otrzymania wyniku dla Troponiny	0-10	> 10 min. – 0 pkt. ≤ 10 min. – 10 pkt.

3.Termin dostawy - 5 %

**Punkty za III kryterium „termin dostawy” w pakietach: 1; 2; 3 zostaną obliczone według następujących zasad:**

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 1 dzień ) – 5 pkt.
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 2 dzień ) – 3 pkt.
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 3 dzień ) – 1 pkt.

1) Zamawiający wymaga **max 3-dniowego** ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.  
2) W przypadku braku wpisania lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od wymaganego, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa  
Zbigniew Strzelczyk

Kolbuszowa 23.07.2020

.....  
/ podpis osoby uprawnionej /