

Kraków, dnia 22 października 2020 r.

Znak sprawy : **ZP-271-39/20**

Wykonawcy / Strona internetowa postępowania

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Obsługę serwisową akceleratora TrueBeam** – znak sprawy **ZP-271-39/20**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Obsługę serwisową akceleratora TrueBeam** – znak sprawy **ZP-271-39/20**, zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania Wykonawców oraz wprowadzono następujące zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Pytanie nr 1

(Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i

Załącznika nr 4A do SIWZ – Umowy Głównej)

Pkt 22.2. tabela poz. 2 kolumna 2 ppkt 1 Warunki SIWZ w zw. z §18 ust. 3 ppkt 1 UG – z uwagi na trwającą epidemię i związane z nią, stale pojawiające się, nowe utrudnienia w realizacji zobowiązań, Zamawiający proszony jest o zmianę przywołanego postanowienia w ten sposób, że podstawą do zmiany terminu wykonania (realizacji) umowy mogą być również okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mające wpływ na wykonanie umowy.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż znane mu są zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 347 ze zm.), które przewidują rozwiązania w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń, które spowodowane są obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną.

Pytanie nr 2

(Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Umowy Głównej)

§2 pkt 5 lit. b) w zw. z załącznikiem nr 1 – Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że do okresu Przewidywanego nie są zaliczane soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza, że do okresu Przewidywanego nie są zaliczane soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Pytanie nr 3

(Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Umowy Głównej)

§2 pkt 16) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie w całości pkt 16).

Załącznik nr 1 nie zawiera czynności przeznaczonych do wykonywania przez First Line Support. Firma Varian Medical Systems Poland jako potencjalny Wykonawca opublikowanego zamówienia nie dopuściła żadnej osoby do realizacji zadań First Line Support dla akceleratora TrueBeam.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający dokonuje wykreślenia pkt. 16 z §2 Wzoru Umowy Głównej (Załącznika nr 4A do SIWZ).

Pytanie nr 4

(Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Umowy Głównej)

§9 ust. 1 w zw. z pkt 6 ppkt. 6.2 poz. 1 tabeli SIWZ – Zamawiający proszony jest o wyjaśnienie czy obowiązek, o którym mowa w §9 ust. 1 dotyczy każdego z inżynierów serwisowych Wykonawcy, który faktycznie wykonywać będzie czynności objęte przedmiotem zamówienia, czy też o dwie osoby, o których mowa w pkt 6 ppkt. 6.2 poz. 1 tabeli SIWZ.



**Narodowy
Instytut
Onkologii**

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

Odpowiedź :

Obowiązek, o którym mowa w §9 ust. 1 Wzoru Umowy Głównej (Załącznika nr 4A do SIWZ) dotyczy złożenia przez Wykonawcę zanonimizowanych umów o pracę lub oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (w sposób i w zakresie określonym w §9 ust. 1 Wzoru Umowy Głównej [Załącznika nr 4A do SIWZ]) wszystkich osób wykonujących czynności będących przedmiotem umowy – w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje usług będących przedmiotem umowy osobiście, lecz za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Pytanie nr 5

(Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Umowy Głównej)

§9 ust. 3 – z uwagi na wymaganie przez Zamawiającego przestrzegania jego wewnętrznych zasad funkcjonowania, w tym w szczególności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Zamawiający proszony jest o udostępnienie dokumentacji składającej się na ten system lub wskazanie miejsca jej udostępnienia.

Odpowiedź :

Dokumentacja o której mowa w §9 ust. 3 będzie udostępniona Wykonawcy
na terenie Zamawiającego.

Pytanie nr 6

(Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Umowy Głównej)

§9 ust. 3 lit. e) – wnosimy o potwierdzenie, że ewentualne szkolenia dotyczące Zintegrowanego Systemu Zarządzania, które miałyby przeprowadzać Wykonawca, dotyczą jego pracowników biorących udział w realizacji zamówienia a ponadto, że ich przeprowadzenie będzie miało miejsce wyłącznie w sytuacji, w której Wykonawca uzna to za niezbędne,

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza.



**Narodowy
Instytut
Onkologii**

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

Pytanie nr 7

(Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Umowy Głównej)

§14 ust. 1 – Zamawiający, mając na uwadze ogólnie obowiązujące zasady odpowiedzialności (art. 471 kc – dłużnik odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na skutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność), proszony jest o zmianę treści ust. 1 w ten sposób, że otrzyma ona brzmienie:

„1. W przypadku przekroczenia Maksymalnego czasu naprawy wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy (Szczegółowe Warunki Umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do wydłużenia okresu obowiązywania Umowy dla tego urządzenia, w stosunku do którego nastąpiło przekroczenie o 3 dni za każdy dodatkowy dzień ponad Maksymalny czas naprawy, bez zmiany Ceny Umowy.”.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia

§14 ust. 1 Wzoru Umowy Głównej (Załącznika nr 4A do SIWZ) :

„W przypadku przekroczenia Maksymalnego czasu naprawy wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy (Szczegółowe Warunki Umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do wydłużenia okresu obowiązywania Umowy dla tego urządzenia, w stosunku do którego nastąpiło przekroczenie o 3 dni za każdy dodatkowy dzień ponad Maksymalny czas naprawy, bez zmiany Ceny Umowy”.

Pytanie nr 8

(Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Umowy Głównej)

§14 ust. 3 – Zamawiający, mając na uwadze ogólnie obowiązujące zasady odpowiedzialności (art. 471 kc – dłużnik odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na skutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność), proszony jest o zmianę treści ust. 3 w ten sposób, że otrzyma ona brzmienie:



**Narodowy
Instytut
Onkologii**

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

„3. W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, naprawy awarii Sprzętu wymagającej Usługi serwisowej lub Usługi serwisowej w nagłym przypadku, o których mowa w §2 pkt 10 i 11, §4 i §5 Umowy, w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę roboczą zwłoki.”.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia

§14 ust. 1 Wzoru Umowy Głównej (Załącznika nr 4A do SIWZ) :

„W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, naprawy awarii Sprzętu wymagającej Usługi serwisowej lub Usługi serwisowej w nagłym przypadku, o których mowa w §2 pkt 10 i 11, §4 i §5 Umowy, w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę roboczą zwłoki.”

Pytanie nr 9

(Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Umowy Głównej)

§16 ust. 1 – Zamawiający proszony jest o objęcie zasadą, o której mowa w zdaniu drugim, każdej zmiany stawki podatku VAT, w związku z powyższym Zamawiający proszony jest o zmianę treści zdania drugiego, w ten sposób, że otrzyma on brzmienie: „Zmiana stawki podatku VAT nie może spowodować zmiany ceny netto usługi.”.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.



**Narodowy
Instytut
Onkologii**

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

Pytanie nr 10

(Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Umowy Głównej)

§16 ust. 2 – Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że cena brutto do zapłaty obliczana będzie w ten sposób, że do ceny netto każdej zryczałtowanej części wynagrodzenia Wykonawca będzie miał prawo doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury; tym samym Zamawiający proszony jest, aby w ust. 2 podana została kwota netto (tj. bez podatku VAT) zryczałtowanej części wynagrodzenia.

Odpowiedź :

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 11

(Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Umowy Głównej)

§16 ust. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę ust. 2 poprzez wprowadzenie:

- okresów rozliczeniowych
- terminu wystawiania faktur

Proponowana treść zmiany §16 ust. 2:

"2. Cena Umowy płatna jest w ratach odpowiadającym Okresom rozliczeniowym w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy w banku.....nr rachunku Każdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego wraz z nazwą banku, w którym rachunek ten jest prowadzony wymaga pisemnej zmiany w formie aneksu do umowy. Okresy rozliczeniowe, wysokość rat, terminy wystawiania faktur, określone są w pkt III. Warunki płatności Załącznika nr 1 do Umowy."

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie w Załączniku nr 1 do Umowy - pkt III. Warunki Płatności o poniższej treści:

„pkt III. Warunki Płatności

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
– Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków

Dyrekcja
Tel.: +48 12 634 82 00
Fax: +48 12 422 66 80

dyrektor@onkologia.krakow.pl
www.onkologia.krakow.pl

Centrala
Tel.: +48 12 634 80 00
Fax: +48 12 423 10 76

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-0035

1. Okresy rozliczeniowe

lp	Okres rozliczeniowy		Wysokość raty brutto
	od	do	
1	02.11.2020	30.11.2020	
2	01.12.2020	31.12.2020	
3	01.01.2021	31.01.2021	
4	01.02.2021	28.02.2021	
5	01.03.2021	31.03.2021	

2. Faktury z tytułu rat wystawiane będą przez Wykonawcę w terminie ostatniego dnia każdego Okresu rozliczeniowego, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

3. Faktura z tytułu raty za ostatni Okres rozliczeniowy wystawiana będzie w dniu jego zakończenia, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu jego wykonania.”.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 12

(Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Umowy Głównej)

§18 - mając na względzie, że Umowa zawierana jest w okresie panowania pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), a okoliczności związane z COVID-19 mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, Zamawiający proszony jest o dodanie w §18 po ust. 3 ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wykonawca nie odpowiada za nienależyte, w tym nieterminowe, wykonanie swoich zobowiązań z tytułu wykonania Umowy, jeżeli to nienależyte, w tym nieterminowe wykonanie zobowiązań lub niewykonanie zobowiązań, spowodowane zostało okolicznościami związanymi z COVID-19.

Wykonawca niezwłocznie pisemnie zawiadomi Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności związanych z COVID-19, mających wpływ na należyte wykonanie Umowy.”.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż znane mu są zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 347 ze zm.), które przewidują rozwiązania w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń, które spowodowane są obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną.

Pytanie nr 13

(Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Umowy Głównej)

Załącznik nr 1 do Umowy (Szczegółowe Warunki Umowy) pkt 2 w części Wyjaśnienia w zw. z poz. H tabeli – w celu usunięcia wątpliwości Zamawiający w pkt 2 (części Wyjaśnienia) proszony jest, w zdaniu pierwszym po treści „nie przekroczy 9 dni”, o dodanie wyrazu „roboczych”

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający dodaje w Załączniku nr 1 do Umowy (Szczegółowe Warunki Umowy) w pkt 2 w części Wyjaśnienia w zw. z poz. H tabeli w zdaniu pierwszym po treści „nie przekroczy 9 dni”, wyraz „roboczych”.

Pytanie nr 14

(Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Umowy Głównej)

Załącznik nr 1 do Umowy (Szczegółowe Warunki Umowy) pkt 2 w części Wyjaśnienia w zw. z §2 pkt 5) – w celu usunięcia wątpliwości Zamawiający w pkt 2 (części Wyjaśnienia) w zdaniu drugim po treści: „od dnia następnego od daty zgłoszenia awarii Sprzętu uniemożliwiającej Zamawiającemu leczenie” dodanie treści w brzmieniu: „i udostępnienia Wykonawcy Sprzętu”.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający dodaje w Załączniku nr 1 do Umowy (Szczegółowe Warunki Umowy) w pkt 2 w części Wyjaśnienia w zdaniu drugim po treści: „od dnia następnego od daty zgłoszenia awarii Sprzętu uniemożliwiającej Zamawiającemu leczenie”, treść o brzmieniu: „i udostępnienia Wykonawcy Sprzętu”

Pytanie nr 15

(Dotyczy Załącznika nr 4A do SIWZ – Umowy Głównej)

Załącznik nr 3 do Umowy (Wykaz podstawowych awarii) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż awaria serwera Aria, o której mowa w pkt. 19 Załącznika nr 3 do Umowy nie stanowi podstaw do liczenia czasu przestoju akceleratora TrueBeam H193256.

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza, że awaria serwera Aria, o której mowa w pkt. 19 Załącznika nr 3 do Umowy nie stanowi podstaw do liczenia czasu przestoju akceleratora TrueBeam H193256.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały także dokumenty postępowania, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian:

1. **Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;**
2. **Załącznik nr 4A do SIWZ – Wzór Umowy Głównej.**

Zamawiający wskazuje jednocześnie, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania, mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI, Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.