

Kraków, dnia 4.12.2020

Znak: ZP-271-45/20

**Wykonawcy / strona internetowa
postępowania**

Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego na „Dostawę wykrojów termoplastycznych” (ZP-271-45/20) zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców oraz wprowadzone następujące zmiany do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Część 1 Czy Zamawiający dopuści maski o grubości 2,4mm przy zachowaniu współczynnika pochłaniania <1,0% dla materiału termoplastycznego dla energii promieniowania 6 MV?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Część 2 Czy Zamawiający dopuści maski o regulacji wysokości pomiędzy częściami co 1,0mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zmiana nr 1 do SIWZ:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Było:

Termin składania: 8.12.2020 do godz. 11:00

Termin otwarcia: 8.12.2020 o godz. 11:30

Jest:

Termin składania: **11.12.2020 do godz. 11:00**

Termin otwarcia: **11.12.2020 o godz. 11:30**

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SIWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.