

Kraków, dnia: 2021-01-18

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne/  
Strona internetowa

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa sprzętu medycznego"** – znak sprawy **ZP-271-62/20**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.2020) Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania:

### **Pytanie nr 1:**

do części 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści narzędzie bipolarne typu Seal&Cut, przeznaczone do chirurgii otwartej, narzędzie jednorazowego użytku, długość 240mm średnica 5 mm, długość zespalandia 26,5 mm, długość cięcia 23,5 mm, bransza tępa, przeznaczone do preparowania i zespalandia dużych naczyń do 7 mm, przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego, rotacja trzonu narzędzia 360°, spread cieplny- <1 mm, opakowanie zbiorcze zawierające 6 szt sterylnie zapakowanych narzędzi.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie nr 2:**

do części 3, poz. 2

Czy zamawiający dopuści narzędzie bipolarne typu Seal&Cut, bransza preparująca typu

Narodowy Instytut Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
– Państwowy Instytut Badawczy  
Oddział w Krakowie  
ul. Garncarska 11  
31-115 Kraków

Dyrekcja  
Tel.: +48 12 634 82 00  
Fax: +48 12 422 66 80  
  
dyrektor@onkologia.krakow.pl  
www.onkologia.krakow.pl

Centrala  
Tel.: +48 12 634 80 00  
Fax: +48 12 423 10 76  
  
NIP: 5250008057  
REGON: 000288366-0035

Maryland, przeznaczone do chirurgii otwartej, średnica 5mm, długość 170mm, przeznaczone do preparowania i zespalania dużych naczyń do 7 mm, jednorazowego użytku, rotacja części roboczej 360°, długość zespalania 21,5mm, długość cięcia 20 mm, spread cieplny poniżej 1mm, przycisk aktywujący proces zespalania zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego, 6 sztuk w opakowaniu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie nr 3:**

do części 3, poz. 3

Czy zamawiający dopuści narzędzie bipolarne typu Seal&Cut, przeznaczone do laparoskopii, narzędzie jednorazowego użytku, szczęki narzędzia proste, tępe, z artykulacją prawo lewo w zakresie 80 stopni, długość 360mm, średnica 5 mm, długość zespalania 26,5 mm, długość cięcia 23,5 mm, przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego, rotacja trzonu narzędzia 360°, spread cieplny- <1 mm, opakowanie zbiorcze zawierające 6 szt sterylne zapakowanych narzędzi.

Zaawansowany generator bipolarny dzierżawa na czas trwania umowy:

Generator korzystający z zaawansowanej technologii bipolarnej, zintegrowany z urządzeniem generator dwurdzeniowy o mocy 2x 150W każdy, ciekłokrystaliczny ekran wyświetlający komunikaty urządzenia, automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego narzędzia, możliwość aktywowania mocy na 2 sposoby (dedykowany sterownik nożny lub przycisk aktywacji zintegrowany z każdym narzędziem), komunikat dźwiękowy rozpoczęcia procesu zespalania, komunikat dźwiękowy zakończenia procesu zespalania, automatyczny system pomiaru impedancji tkanki, system automatycznego doboru mocy potrzebnej do przeprowadzenia procesu zespolenia, możliwość zespalania naczyń do 7 mm, urządzenie przeprowadzające proces zespalania po jednokrotnym przyciśnięciu przycisku aktywującego bez konieczności przytrzymywania go do momentu zakończenia procesu przez urządzenie, dwa tryby pracy- standard oraz mocny dedykowany do zabiegów bariatrycznych.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.