

ZP-271-2/21
Załącznik nr 1A do SWZ

Kryteria oceny ofert dla części postępowania nr 1, 2, 6-8 i 10-13

Pakiet nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 30-34, 36

- łatwość otwierania opakowania i aplikacji (0 – 5 pkt)
- brak działania alergizującego na skórę pacjenta (0 – 5 pkt)
- łatwość zmiany opatrunku (0 – 5 pkt)
- trwałość zaaplikowanego opatrunku, oklejenia (0 – 5 pkt)

Pakiet nr 2 poz. 1, 2, 3, 11

- łatwość otwierania opakowania i aplikacji (0 – 5 pkt)
- walory użytkowe (mocowanie, przyklejenie) (0 – 5 pkt)
- odporność na przenikanie płynów (0 – 5 pkt)
- brak działania alergizującego na skórę pacjenta (0 – 5 pkt)

Pakiet nr 6 poz. 1, 2, 3, 4

- chłonność (0 – 4 pkt)
- trwałość brzegów (brak strzępienia) (0 – 4 pkt)
- miękkość materiału i brak pylenia (0 – 4 pkt)
- sposób złożenia brzegów i brak wystających nitek (0 – 4 pkt)
- łatwość otwierania opakowania z zachowaniem aseptyki (0 – 4 pkt)

Pakiet nr 6 poz. 5, 6, 7

- chłonność (0 – 5 pkt)
- trwałość brzegów (brak strzępienia) (0 – 5 pkt)
- miękkość materiału i brak pylenia (0 – 5 pkt)
- sposób złożenia brzegów i brak wystających nitek (0 – 5 pkt)

Pakiet nr 7 poz. 2

- łatwość otwierania opakowania i aplikacji (0 – 5 pkt)
- brak działania alergizującego na skórę pacjenta (0 – 5 pkt)
- łatwość zmiany opatrunku (0 – 5 pkt)

ZP-271-2/21
Załącznik nr 1A do SWZ

- trwałość zaaplikowanego opatrunku (0 – 5 pkt)

Pakiet nr 8 poz. 10, 11, 12

- chłonność (0 – 4 pkt)
- trwałość brzegów (brak strzępienia) (0 – 4 pkt)
- miękkość materiału i brak pylenia (0 – 4 pkt)
- sposób złożenia brzegów i brak wystających nitek (0 – 4 pkt)
- łatwość otwierania opakowania z zachowaniem aseptyki (0 – 4 pkt)

Pakiet nr 10 poz. 1

- łatwość otwierania opakowania i aplikacji (0 – 5 pkt)
- trwałość zaaplikowanego opatrunku, oklejenia (0 – 5 pkt)
- brak działania alergizującego na skórę pacjenta (0 – 5 pkt)
- łatwość zmiany opatrunku (0 – 5 pkt)

Pakiet nr 11, 12, 13

- wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne w stanie suchym i mokrym (0 – 4 pkt)
- zdolność absorpcji płynów (0 – 4 pkt)
- wytrzymałość warstwy klejącej (0 – 4 pkt)
- brak działania alergizującego skórę pacjenta (0 – 4 pkt)
- walory użytkowe; komfort użytkowania (0 – 4 pkt)