

Ogólne wymagania jakościowe dla części postępowania nr 14-24

Igła z nicią chirurgiczną

Opis wymaganych parametrów technicznych	
Opakowanie zbiorcze	
1.	Łatwość utylizacji (cienki karton)
2.	Łatwość otwarcia opakowania
3.	Łatwość pobrania pojedynczego opakowania z opakowania zbiorczego
4.	Opis opakowania zbiorczego co najmniej jednostronny
5.	<p>Minimalna ilość danych zawartych na opakowaniu zbiorczym :</p> <ul style="list-style-type: none">A) Nazwa handlowa produktu;B) Liczba opakowań pojedynczych w opakowaniu zbiorczym;C) Data ważności;D) Sposób sterylizacji;E) Numer serii (LOT);F) Opis igły na opakowaniu zbiorczym (dane minimalne) :<ul style="list-style-type: none">a. Rodzaj igły;b. Graficzny opis skali igły 1:1 (rzut boczny);c. Graficzny opis kształtu przekroju poprzecznego w skali 1:1;d. Opis cyfrowy wycinka krzywizny igły;G) Opis nici na opakowaniu zbiorczym (dane minimalne) :<ul style="list-style-type: none">a. Grubość (w systemie cyfrowym);b. Wchłaniałość;c. Długość;
Opakowanie jednostkowe	
1.	<p>Opakowanie jednostkowe potrójne (trójwarstwowe) :</p> <ul style="list-style-type: none">A) Opakowanie zewnętrzne;B) Opakowanie wewnętrzne;C) Okładka bezpośrednia szwu;
2.	<p>Cechy opakowania zewnętrznego :</p> <ul style="list-style-type: none">A) Opakowanie przezroczyste przynajmniej z jednej strony;B) Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia;C) Długość otwarcia nie mniejsza niż 5mm
3.	<p>Cechy opakowania wewnętrznego :</p> <ul style="list-style-type: none">A) Opis opakowania (dane minimalne) :<ul style="list-style-type: none">a. Nazwa handlowa produktu;b. Data ważności;c. Sposób sterylizacji;d. Numer serii (LOT);B) Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia;C) Opakowanie wewnętrzne mimo otwarcia opakowania zewnętrznego musi zachowywać pełną jałowość zawartości i być przydatne do ponownego użycia w razie niewykorzystania w konkretnej sytuacji zabiegowej;

Załącznik nr 1C do SWZ

Igła	
1.	Igła wykonana ze stali chirurgicznej wysokiej jakości
Nici	
1.	Nić zabarwiona na intensywny kolor (najlepiej fioletowy lub granatowy)

Niść chirurgiczna

Opis wymaganych parametrów technicznych	
Opakowanie zbiorcze	
1.	Łatwość utylizacji (cienki karton)
2.	Łatwość otwarcia opakowania
3.	Łatwość pobrania pojedynczego opakowania z opakowania zbiorczego
4.	Opis opakowania zbiorczego co najmniej jednostronny
5.	Minimalna ilość danych zawartych na opakowaniu zbiorczym : A) Nazwa handlowa produktu; B) Liczba opakowań pojedynczych w opakowaniu zbiorczym; C) Data ważności; D) Sposób sterylizacji; E) Numer serii (LOT); F) Opis nici na opakowaniu zbiorczym (dane minimalne) : a. Grubość (w systemie cyfrowym); b. Wchłaniałość; c. Długość;
Opakowanie jednostkowe	
1.	Opakowanie jednostkowe potrójne (trójwarstwowe) : A) Opakowanie zewnętrzne; B) Opakowanie wewnętrzne; C) Okładka bezpośrednia szwu;
2.	Cechy opakowania zewnętrznego : A) Opakowanie przezroczyste przynajmniej z jednej strony; B) Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia; C) Długość otwarcia nie mniejsza niż 5 mm
3.	Cechy opakowania wewnętrznego : A) Opis opakowania (dane minimalne) : a. Nazwa handlowa produktu; b. Data ważności; c. Sposób sterylizacji; d. Numer serii (LOT); B) Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia; C) Opakowanie wewnętrzne mimo otwarcia opakowania zewnętrznego musi zachowywać pełną jałowość zawartości i być przydatne do ponownego użycia w razie niewykorzystania w konkretnej sytuacji zabiegowej;
Nici	
1.	Niść zabarwiona na intensywny kolor (najlepiej fioletowy lub granatowy)