

/pieczętka zamawiającego/

**USZCZEGÓLOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:****Dostawa materiałów szewnych, klipsów i narzędzi laparoskopowych jednorazowego użytku – 6 Pakietów.**

Szew syntetyczny ,plecionkowy, wykonany z glikolidu i laktydu powlekany mieszką kopolimeru kaprolaktonu - glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, o podtrzymaniu tkankowym wg USP i EP bezpośrednio po wszczępieniu 140 %, 80% po 14 dniach i 30% po 21dniach ,o okresie wchłonięcia masy szwu 56-70dni

Lp	Nr nici	asortyment	Dł. nitki	Ilość saszetek
1	1/0	Okrągła ½ koła 37mm wzmocnioną	90cm	72
2	2	Bez igły na rolce	150cm	480
3	1	Bez igły na rolce	150cm	240
4	1/0	Bez igły na rolce	150cm	960
5	2/0	Bez igły na rolce	150cm	960
6	3/0	Bez igły na rolce	150cm	600
7	4/0	Bez igły na rolce	150cm	168
8	1/0	Okrągła ½ koła 37mm	90cm	540
9	1/0	Okrągła ½ koła37mm cienka jelitowa	75cm	180
10	2/0	Okrągła 1/2koła26mm	75cm	504
11	2/0	Okrągła1/2 koła30mm	75cm	900
12	1/0	Okrągła1/2koła 30mm	75cm	720
13	1	Okrągła1/2 koła 40mm	90cm	900
14	1	Okrągła1/2 koła 48mm	90cm	540
15	2	Okrągła ½ koła 48mm	90cm	900
16	3/0	Okrągła ½ koła 22mm	75	1080
17	3/0	Okrągła podwójna ½ koła 22 mm	90cm	900

18	4/0	Okragła 1/2 koła 22mm	75cm	324
19	4/0	Tnaca 3/8 koła 19 mm	75cm	36
20	3/0	Tnaca 3/8 koła 19 mm	75cm	72
21	2/0	Tnaca 3/8 koła 24 mm	75cm	252
22	1/0	Tnaca 3/8 koła 30 mm	90cm	288
23	2/0	Podwójna 1/2 koła odwrotnie tnaca i okragła 37mm	150 cm	36
24	0	Pętla endoskopowa z aplikatorem	52 cm	24
25	2/0	Okragła 1/2 koła 65mm	75 cm	528
26	1	Okragła 1/2 koła 65mm	150 cm	240
27	2	Okragła 1/2 koła 65mm	150 cm	360
28	3-0	5/8 koła 27mm	75 cm	144
29	2-0	5/8 koła 27mm	75 cm	108
30	3/0	okragła, 1/2 koła, 40 mm	75cm	72
31	3/0	okragła, 1/2 koła, 37 mm, cienka	75cm	72
		<b>Pozycja 32-37. Szew syntetyczny monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktidu, o podtrzymywaniu tkankowym 60% po 5 dniach, 30% po 10 dniach, o okresie wchłaniania do 56 dni</b>		
32	4/0	Okragła 1/2 koła 17mm	75	36
33	3/0	Okragła 1/2 koła 26mm	75cm	72
34	1/0	Okragła 1/2 koła 37mm	75cm	72
35	1	Okragła 1/2 koła 40mm	90cm	72
36	2-0	Okragła 1/2 koła 27mm	75cm	72
37	1	Okragła 1/2 koła 48mm	90cm	72

Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z poliglikonatu o podtrzymaniu tkankowym 75% po 14 dniach, 65 % po 21 dniach, 50% po 28 dniach, o okresie wchłonięcia szwu 160-180 dni

38	3/0	Okragła 1/2 koła 20mm	75cm	324	
----	-----	-----------------------	------	-----	--

39	2/0	Okrągła ½ koła 26mm	75cm	144	
40	0 pętla	Okrągła ½ koła 40mm	150cm	72	
41	1	Okrągła ½ koła 40mm	90cm	144	

**Szew syntetyczny, wchłaniany, z jednokierunkowymi haczykami na całej długości nici , zbudowany z igły chirurgicznej na jednym końcu i pętlowego chwytaka na drugim końcu, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu, okres wchłaniania 180 dni.**

42	3-0	Okrągła 1/2 koła 26 mm	23cm	72
43	2-0	Okrągła 1/2 koła 26 mm	45cm	72
44	3-0	Okrągła ½ koła 26 mm	30cm	72

**Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące asortymentu w Pakiecie:**

1. Stabilność igły w imadle
2. Wytrzymałość stali na odkształcenia z której wykonane są igły
3. Atraumatyczność połączenia igły z nicią
4. Ostrość igły ,łatwość penetracji przez tkanki
5. Wytrzymałość materiału szewnego na rozciąganie i zerwanie przy wiązaniu.
6. Brak pamięci skrętu nici
7. Wygląd nici po przecięciu (równa, nie postrzępiona).

#### **Pakiet nr 2 - Siatki chirurgiczne**

Lp	Nazwa	Ilość sztuk
1	Siatka makroporowa, monofilamentowa, polipropylenowa, wielkość porów 2,0x2,4 mm, gramatura 46 g/m2, możliwość docinania bez strzeżenia. Rozmiar: 6 x 11 cm	35
2	Siatka makroporowa, monofilamentowa, polipropylenowa, wielkość porów 2,0x2,4 mm, gramatura 46 g/m2, możliwość docinania bez strzeżenia. Rozmiar: 15 x 8 cm	25
3	Siatka makroporowa, monofilamentowa, polipropylenowa, wielkość porów 2,0x2,4 mm, gramatura 46 g/m2, możliwość docinania bez strzeżenia. Rozmiar: 15 x 10 cm	20
4	Siatka półwchłaniałna w kształcie eliptycznym z klapką na powrózek polipropylenowo- polilaktydowa samomocująca się 12x8cm;prawa/lewa	60

5	Siatka do naprawy przepuklin, poliestrowa, monofilamentowa o strukturze 3D, wewnątrzrzęwnowa – z hydrofilową powłoką kolagenową, makroporowa -rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm. Grubość siatki 0,7 cm, gramatura siatki: 0,66 g/m2. Siatka z wolnym obrzeżem. Możliwość docinania siatki. 15 x 10 cm	2
6	Siatka do naprawy przepuklin, poliestrowa, monofilamentowa o strukturze 3D, wewnątrzrzęwnowa – z hydrofilową powłoką kolagenową, makroporowa -rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm. Grubość siatki 0,7 cm, gramatura siatki: 0,66 g/m2. Siatka z wolnym obrzeżem. Możliwość docinania siatki. 20x15cm	2
7	Siatka do naprawy przepuklin, poliestrowa, monofilamentowa o strukturze 3D, wewnątrzrzęwnowa – z hydrofilową powłoką kolagenową, makroporowa -rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm. Grubość siatki 0,7 cm, gramatura siatki: 0,66 g/m2. Siatka z wolnym obrzeżem. Możliwość docinania siatki. 30x20cm	2

### **Pakiet nr 3 – Szwy niewchłaniające**

Szew niewchłaniający, jednowłókninowy polibutester powlekany polytribolatem

Lp.	Nr nici	asortyment	Długość nitki	Ilość szaszetek
1	5/0	Okrągła 3/8 koła 2x13mm	60cm	72
2	7/0	Okrągła 3/8 koła 2x9mm	60cm	72
3	3/0	Okrągła 1/2 koła 17mm	75cm	72
4	6/0	Okrągła 1/2 koła 2x13mm	60cm	72
5	4/0	Okrągła 1/2 koła 2x17mm	90cm	36

Szew syntetyczny, plecionkowy, niewchłaniający, wykonany z politereftalatu, powlekany silikonem, każde włókno osobno i każda nić razem

6	1	Okrągła 1/2 koła gruba 37mm	75cm	108
7	2	Okrągła 1/2 koła 40mm	75cm	108
8	5	Przyostrzona 1/2 koła 48mm	4x75cm	24
9	1-0	Okrągła 1/2 koła 37mm	75cm	144
10	2-0	Okrągła 1/2 koła 30mm	75cm	324

**Pozycja 11-17. Szew syntetyczny monofilamentowy, niewchłaniający wykonany z długolańcuchowych polimerów alifatycznych nylon i nylon 6.**

**Pozycja 18-19. Szew syntetyczny, jednowłókninowy, wykonany polibutestru, z kontrolowanym rozciąganiem, elastyczny, hydrofobowy.**

**Pozycja 19 -24. Szew syntetyczny, monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem substancji uplastyczniającej PEG.**

11	1/0	Tnąca 3/8koła 30mm	75cm	144
12	2-0	Tnąca 3/8 koła 24mm	75cm	900
13	3-0	Tnąca 3/8 koła 24mm	75cm	1440
14	4-0	Tnąca 3/8 koła 19mm	75cm	540
15	1/0	okrągła, 1/2 koła, 40 mm	100cm	108
16	1	Okrągła ½ koła 40mm	100cm	180
17	2-0	Okrągła ½ koła 30cm	75 cm	240
18	4-0	Tnąca kosmetyczna 3/8koła 13mm	45cm	180
19	5-0	Tnąca kosmetyczna 3/8koła 13mm	75cm	180
20	1/0	okrągła, 1/2 koła, 40 mm	75cm	144
21	1	okrągła, 1/2 koła, 40 mm	75cm	144
22	2/0	okrągła, 1/2 koła, 27 mm	75cm	108
23	2/0	okrągła, 1/2 koła, 30 mm	75cm	144
24	3/0	okrągła, 1/2 koła, 17 mm	75cm	144

**Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące asortymentu w Pakiecie:**

- 1** Stabilność igły w imadle
- 2.** Wytrzymałość stali na odkształcenia z której wykonane są igły
- 3.** Atraumatyczność połączenia igły z nicią
- 4.** Ostrość igły ,łatwość penetracji przez tkanki
- 5** Wytrzymałość materiału szewnego na rozciąganie i zerwanie przy wiązaniu.
- 6.** Brak pamięci skrętu nici
- 7** Wygląd nici po przecięciu (równa, nie postrzępiona).

**Pakiet nr4 – Taśma poliestrowa**

Taśma poliestrowa , niewchłaniałne nici splecione w taśmę o szerokości 5mm

lp	nazwa	Ilość saszetek
----	-------	----------------

1	Taśma szerokość 5mm, długość 30cm, 2 igły okrągłe 48mm, 1/2 koła	36
---	------------------------------------------------------------------	----

**Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące asortymentu w Pakiecie:**

1. Stabilność igły w imadle
2. Wytrzymałość stali na odkształcenia z której wykonane są igły
3. Atraumatyczność połączenia igły z nicią
4. Ostrość igły ,łatwość penetracji przez tkanki
5. Wytrzymałość materiału szewnego na rozciąganie i zerwanie przy wiązaniu.
6. Brak pamięci skrętu nici
7. Wygląd nici po przecięciu (równa, nie postrzępiona).

**Pakiet nr 5 - Klipsy do zabiegów operacyjnych laparoskopowych**

Klipsy polimerowe niewchłaniające w zasobnikach 4szt z taśmą samoprzylepną posiadającą dwukierunkowy naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach

Klipsy tytanowe do klipsownicy posiadanej przez Zamawiającego (Beryl 114527) żłobkowane wewnętrznie; przekrój poprzeczny sercowaty ,kształt podkowy ,pakowane w sterylnych zasobnikach po 6szt z taśmą samoprzylepną

1.	Klipsy polimerowe rozmiar L	1000 szt.	
2.	Klipsy polimerowe rozmiar XL	1000 szt.	
3.	Klipsy tytanowe rozmiar ML	1000 szt.	
4.	Staplerzy skórne - zawierające 35 zszywek szerokich W (rozmiar zszywki szerokość 7,00 mm, wysokość 4,00 mm, średnica drutu 0,6 mm) oraz staplerzy zawierające 35 zszywek standardowych R (rozmiar zszywki szerokość 5,40 mm, wysokość 3,60 mm, średnica drutu 0,5 mm).	200 szt.	

**Pakiet 6 - Narzędzia jednorazowe laparoskopowe wraz z akcesoriami**

Lp.	Nazwa narzędzia	Ilość op.
1	Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny POUCH, jednorazowego użytku, z samorozprężającym drutem, z pamięcią kształtu, tuba podłączana, pojemność 200ml, wym. 100x160mm, dedykowany do płaszczy trokarów o śr. 10/12mm (10 szt./op.). <b>UWAGA! – w celu uzyskania kompatybilnych zestawów operacyjnych wszystkie wyroby jedn. użytku muszą pochodzić od jednego Producenta.</b>	20

2	Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny POUCH, jednorazowego użytku, z płaskim drutem podtrzymującym worek, tuba nie odłączana, uchwyt aktywujący worek na 3 palce, oznakowanie na rękojeści właściwego kierunku użycia, możliwość użycia worka wielokrotnie podczas tego samego zabiegu poprzez ponowne otwarcie worka, pojemność 255ml, wym. 100x160mm, dedykowany do płaszczy trokarów o śr. 10/12mm (10 szt./op.). <b>UWAGA! – w celu uzyskania kompatybilnych zestawów operacyjnych wszystkie wyroby jedn. użytku muszą pochodzić od jednego Producenta.</b>	5
3	Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny POUCH, jednorazowego użytku, z samorozprężalnym drutem i tubusem do usuwania narządów, tuba odłączana, o wym. 150x180mm, poj. 680ml, dedykowany do płaszczy trokarów o śr. 10/12mm (10 szt. w op.). <b>UWAGA! – w celu uzyskania kompatybilnych zestawów operacyjnych wszystkie wyroby jedn. użytku muszą pochodzić od jednego Producenta.</b>	2
4	Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny POUCH, jednorazowego użytku, z płaskim drutem podtrzymującym worek, tuba nie odłączana, uchwyt aktywujący worek na 3 palce, oznakowanie na rękojeści właściwego kierunku użycia, możliwość użycia worka wielokrotnie podczas tego samego zabiegu poprzez ponowne otwarcie worka, pojemność 680ml, wym. 150x180mm, dedykowany do płaszczy trokarów o śr. 10/12mm (10 szt./op.). <b>UWAGA! – w celu uzyskania kompatybilnych zestawów operacyjnych wszystkie wyroby jedn. użytku muszą pochodzić od jednego Producenta.</b>	1
5	Nożyczki laparoskopowe typu Metzenbaum, jednorazowego użytku, sterylne, preparacyjne, obrotowe, zakrzywione, obie bransze ruchome, dł. bransz 17mm, dł. 330mm, śr. 5mm. Rękojeść bez blokady i ze złączem monopolarnym HF. Wymóg posiadania w ofercie nożyczek laparoskopowych typu Metzenbaum, zakrzywionych, śr. 5mm, dł. 330mm i dł. bransz 12mm. (5 szt./op) Każdorazowo do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji częściowego zamówienia. <b>UWAGA! – w celu uzyskania kompatybilnych zestawów operacyjnych wszystkie wyroby jedn. użytku muszą pochodzić od jednego Producenta.</b>	40

6	<p>Zestaw jednego płaszczu trokara jednorazowego użytku o śr. 5 mm oraz dł. tubusa 100 mm, w komplecie z 1 gwoździem bezpiecznym trokara, z samocofającym się metalowym ostrzem, dedykowanym do płaszczu o śr. 5 mm i dł. 100 mm. Płaszcz karbowany, w części dystalnej skośny, przezroczysty, z opisem średnicy, posiadający uszczelkę oraz kranik do insuflacji/ desuflacji. Gwóźdź z opisem średnicy, plastikowy posiadający wysuwane metalowe ostrze (5 szt./op). <b>UWAGA! – w celu uzyskania kompatybilnych zestawów operacyjnych wszystkie wyroby jedn. użytku muszą pochodzić od jednego Producenta.</b></p>	6
7	<p>Zestaw jednego płaszczu trokara optycznego jednorazowego użytku o śr. 10/12 mm oraz dł. tubusa 100 mm, w komplecie z 1 gwoździem bezpiecznym trokara, z samocofającym się metalowym ostrzem, dedykowanym do płaszczu o śr. 10 mm i dł. 100 mm. Płaszcz karbowany, w części dystalnej skośny, przezroczysty, z opisem średnicy, posiadający uszczelkę oraz kranik do insuflacji/desuflacji. Gwóźdź z opisem średnicy, plastikowy posiadający wysuwane metalowe ostrze, Płaszcz 2 – częściowy z odłączaną auto redukcją. Uszczelki dolna oraz górna pokryte dodatkowo warstwą teflonu zmniejszającą tarcie podczas aplikacji i ekstrakcji narzędzi o dużych średnicach. Możliwość oferowania samej auto-redukcji (5 szt./op). <b>UWAGA! – w celu uzyskania kompatybilnych zestawów operacyjnych wszystkie wyroby jedn. użytku muszą pochodzić od jednego Producenta.</b></p>	6
8	<p>Zestaw dwóch płaszczy trokara jednorazowego użytku o śr. 5 mm oraz dł. tubusa 100 mm, w komplecie z 1 gwoździem bezpiecznym trokara, z samocofającym się ostrzem, dedykowanym do płaszczu o śr. 5 mm i dł. 100 mm. Płaszcze karbowane, przezroczyste, z opisem średnicy, posiadający uszczelkę oraz kranik do insuflacji. Gwóźdź z opisem średnicy, plastikowy posiadający wysuwane metalowe ostrze (5 szt./op.). <b>UWAGA! – w celu uzyskania kompatybilnych zestawów operacyjnych wszystkie wyroby jedn. użytku muszą pochodzić od jednego Producenta.</b></p>	3
9	<p>Zestaw dwóch płaszczy trokara jednorazowego użytku o śr. 10 mm oraz dł. tubusa 100 mm, w komplecie z gwoździem bezpiecznym trokara, z samocofającym się ostrzem, dedykowanym do płaszczu o śr. 10 mm i dł. 100 mm. Płaszcze karbowane, przezroczyste, z opisem średnicy, posiadający uszczelkę oraz kranik do insuflacji. Płaszcze 2 – częściowe z odłączaną auto redukcją. Gwóźdź z opisem średnicy, plastikowy posiadający wysuwane metalowe ostrze. Uszczelki dolna oraz górna pokryte dodatkowo warstwą teflonu zmniejszającą tarcie podczas aplikacji i ekstrakcji narzędzi o dużych średnicach. Możliwość</p>	3



	oferowania samej auto-redukcji (5 szt./op.). <b>UWAGA! – w celu uzyskania kompatybilnych zestawów operacyjnych wszystkie wyroby jedn. użytku muszą pochodzić od jednego Producenta.</b>	
10	Haczyk monopolarny jednorazowego użytku typ "L", śr.5mm, dł.330mm, sterylny, w komplecie w jednym opakowaniu odłączany przewód monopolarny HF kompatybilny z diatermią EMED i dedykowany przez Producenta do oferowanej elektrody haczykowej, dł. 3m (10 szt./op.). <b>UWAGA! – w celu uzyskania kompatybilnych zestawów operacyjnych wszystkie wyroby jedn. użytku pochodzą od jednego Producenta.</b>	1
11	Haczyk monopolarny jednorazowego użytku typ "L", śr.5mm, dł.330mm, sterylny (10 szt./op.). <b>UWAGA! – w celu uzyskania kompatybilnych zestawów operacyjnych wszystkie wyroby jedn. użytku muszą pochodzić od jednego Producenta.</b>	1
12	Laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem, sterylny, pasywny, do użytku przy pracy z energią monopolarną, przepływ na poziomie 6 l/min, przy ciśnieniu 15 mmHg, kodowanie kolorystyczne, jednorazowego użytku, do podłączenia do trokara laparoskopowego za pomocą złącza LUER LOCK (25 szt. w op.). <b>Należy załączyć: Badania kliniczne potwierdzające skuteczność oferowanego systemu ewakuacji dymu podczas pracy w zabiegach laparoskopowych. UWAGA! – w celu uzyskania kompatybilnych zestawów operacyjnych wszystkie wyroby jedn. użytku muszą pochodzić od jednego Producenta.</b>	1
13	Laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem, sterylny, pasywny, dedykowany do zabiegów laparoskopowych, w tym onkologicznych, z użyciem zaawansowanych technik elektrochirurgicznego preparowania tkanek i zamykania naczyń, do użytku przy pracy z energią monopolarną, bipolarną, ultradźwiękami i laserem, przepływ na poziomie 8 l/min, przy ciśnieniu 15 mmHg, kodowanie kolorystyczne, jednorazowego użytku, do podłączenia do trokara laparoskopowego za pomocą złącza LUER LOCK (25 szt. w op.). <b>Należy załączyć: Badania kliniczne potwierdzające skuteczność oferowanego systemu ewakuacji dymu podczas pracy w zabiegach laparoskopowych UWAGA! – w celu uzyskania kompatybilnych zestawów operacyjnych wszystkie wyroby jedn. użytku muszą pochodzić od jednego Producenta.</b>	1

14	Disektor laparoskopowy typu Maryland, bipolarny, jednorazowego użytku, sterylne, obrotowy, rękojeść bez blokady i ze złączem HF, bransze zakrzywione, obie bransze ruchome, śr.5mm, dł.330mm, min. rozwarcie bransz 50 stopni, trzon w pełni zaizolowany, przewód na stałe połączony z narzędziem, wtyczka kompatybilna z diatermią EMED/VALLEYLAB (10 szt./op.) <b>UWAGA! – w celu uzyskania kompatybilnych zestawów operacyjnych wszystkie wyroby jedn. użytku pochodzą od jednego Producenta.</b>	1
15	Zestaw jednego płaszcz trokara jednorazowego użytku balonowego o śr. 12 mm oraz dł. tubusa 100 mm, w komplecie z 1 optycznym trokarem oraz dyskiem retencyjnym lub stożkiem żelowym typu Hasson do wyboru na etapie realizacji zamówień. Opakowanie 5 szt. <b>UWAGA! – w celu uzyskania kompatybilnych zestawów operacyjnych wszystkie wyroby jedn. użytku muszą pochodzić od jednego Producenta.</b>	4
16	Jednorazowy grasper laparoskopowy typu CLINCH, bransze ząbkowane zewnętrznie i okienkowe, obie bransze aktywne, dł. bransz 22mm śr.5mm, dł.330mm. Rękojeść z blokadą na palec wskazujący oraz z podłączeniem przewodu HF. Opakowanie 12 szt. <b>UWAGA! – w celu uzyskania kompatybilnych zestawów operacyjnych wszystkie wyroby jedn. użytku muszą pochodzić od jednego Producenta.</b>	2

**Dodatkowe wymagania:**

Do oferty należy dołączyć :

- katalogi, broszury, prospekty, karty techniczne z zaznaczonymi pozycjami asortymentu we wszystkich Pakietach, wykazanych w załączniku **nr 2** do SIWZ (uszczegółowienie przedmiotu zamówienia), których autentyczność potwierdza Wykonawca lub nieodpłatne próbki każdej pozycji asortymentu w przypadku braku możliwości prawidłowej oceny technicznej oferowanego asortymentu z dołączonych do oferty katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych potwierdzonych przez Wykonawcę ( np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym)

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:

- deklarację zgodności CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub oświadczenie, że nie jest ono wymagane,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych z kraju pierwszego wprowadzenia do obrotu na terenie UE.
- świadczenie dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia.

- Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat.
- W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.
- Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub fax. / 017 2271233 – piel. Oddziałowej Blok Operacyjny.

- 4) W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SWZ.
- 6) W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu leczniczego innego niż w SWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/.
- 7) Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 8) Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia dostarczonego asortymentu w poszczególnych pakietach winien wynosić nie mniej niż **36 miesięcy** na dzień odbioru dostawy bez zastrzeżeń.
- 9) W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw.
- 11) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia .
- 12) Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia magazynowego Apteki, wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy.
- 13) Napisy na opakowaniu w języku polskim.
- 14) Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego oraz numer katalogowy i producenta.

**Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Waga kryterium Pkt.
Cena	100

**Punkty za I kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:**

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 = \text{liczba punktów}$$

Zamawiający wymaga **max 5-dniowego** ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.

2) W przypadku zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od wymaganego, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Kolbuszowa 26.03.2021r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa  
Zbigniew Strzelczyk

.....  
/podpis osoby uprawnionej/