

Bytom dnia: 2021-04-16

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na "Dostawa łóżek szpitalnych, łóżek endoskopowych z funkcją z funkcja bronchoskopowi, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, oraz wyposażenia sal chorych w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 7/7PN/2021.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny nr 2, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3

Załącznik nr A do SIWZ

Pakiet nr 1- Łóżko szpitalne, 65 szt.

1. Termin realizacji: Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 12 tygodni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Punkt 4 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada tworzywowe, dzielone i dwuczęściowe bariery boczne, wykonane w technologii rozdmuchu, zabezpieczające pacjenta na całej długości, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów? Wysokość barierki bocznych to 360 mm ale po zamontowaniu dodatkowej dostawki na bariery bocznej wysokość jest równa 450 mm. Zdjęcie poglądowe poniżej:





Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

3. Punkt 7 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością wyboru 3 kolorów wypełnień szczytów i barierek bocznych, natomiast rama łóżka dostępna jest w kolorze RAL 9002, tj. białym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

4. Punkt 8 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją wysokości, z pilota, w zakresie 410- 840 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

5. Punkt 16 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z uniwersalnym dozownikiem z tworzywa ABS, kompatybilnym z opakowaniem 0,5 l środka dezynfekującego do rąk, który montowany jest na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Punkt 17 tabeli: Prosimy o dopuszczenie materaca zmiennociśnieniowego przeznaczonego do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 2 stopnia włącznie wg. skali 4 stopniowej u pacjentów o wadze do 150 kg, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Punkt 17 tabeli: Prosimy o dopuszczenie materaca zmiennociśnieniowego przeznaczonego do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 2 stopnia włącznie wg. skali 4 stopniowej u pacjentów o wadze do 150 kg, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

8. Punkt 17 tabeli: - prosimy o dopuszczenie materaca przeznaczonego do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 2 stopnia włącznie wg. skali 4 stopniowej u pacjentów o wadze do 150 kg,

- prosimy o dopuszczenie materaca zbudowanego z 16 komór wykonanych z poliuretanu o wysokości 13 cm, trwale zespolonych (budowa monolityczna) w celu eliminacji ryzyka kontaktu pacjenta z podłożem i prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczania komór zapasowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

9. Punkt 17 tabeli: - prosimy o dopuszczenie materaca powietrznego, statycznego, przeznaczonego do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 3 stopnia włącznie wg. skali 4 stopniowej u pacjentów o wadze do 250 kg, zbudowanego z 20 komór wykonanych z poliuretanu, o wysokości 10 cm, trwale zespolonych (budowa monolityczna) w celu eliminacji ryzyka kontaktu pacjenta z podłożem i prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczania komór zapasowych, w przypadku spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Punkt 18 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego leże wypełnione jest łatwo odejmowalnymi (bez użycia narzędzi) płytami HPL, które nie posiadają otworów wentylacyjnych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

11. Punkt 19 tabeli: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga jedynie dwóch pilotów zapasowych dla 65 sztuk łóżek?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga tylko dwóch pilotów zapasowych dla 65 sztuk łóżek.

W imieniu Zamawiającego:

