

Bytom dnia: 2021-04-16

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na "Dostawa łóżek szpitalnych, łóżek endoskopowych z funkcją z funkcja bronchoskopowi, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, oraz wyposażenia sal chorych w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 7/7PN/2021.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny nr 2, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pakiet nr 1 – Łóżko szpitalne 65 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżka z barierkami metalowymi po obu stronach łóżka chroniące pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości składane z dodatkowym protektorem zabezpieczającym pacjenta do całej długości, wysokość barierki 380mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający dopuści łóżka z regulacją elektryczną przy pomocy pilota pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga 17o?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści łóżka z tulejami do mocowania wieszaków kroplówek w 4 miejscach 2 w okolicach szczytu głowy i 2 w okolicach szczytu nóg?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze stolikiem na całą szerokość łóżka do spożywania posiłków bez miejsca na kubek, bez regulacji szerokości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

W imieniu zamawiającego:

