

Bytom dnia: 2021-04-16

**Szpital Specjalistyczny nr 2**  
Batorego 15  
41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa łóżek szpitalnych, łóżek endoskopowych z funkcją z funkcja bronchoskopowi, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, oraz wyposażenia sal chorych w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 7/7PN/2021.**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treści zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**PAKIET NR 1**

Łóżko szpitalne - 65 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej 2180 mm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża o wysokości 390 mm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne wyposażone w półkę do odkładania pościeli, wystającą w niewielkim stopniu poza ramę łóżka jednak nie wykraczającą poza zewnętrzny obrys łóżka stanowiący przez krążki odbojowe, półka zlokalizowana pod leżem?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające regulacje elektryczną wysokości leża w zakresie 350 mm do 810 mm- przy czym parametr oferowany jest korzystniejszy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza**

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wielofunkcyjne z bezpiecznym

obciążeniem 230 kg?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, posiadające 4 tuleje do mocowania wieszaka kroplówki znajdujące się w każdym z 4 narożników łóżka?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, nie posiadające stolika na całą szerokość łóżka, do spożywania posiłków z profilowanym miejscem na kubek?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

PAKIET NR 2

**Szafka przyłóżkowa - 65 szt.**

8. Czy Zamawiający wydzieli szafeczki przyłóżkowe do osobnego pakietu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową nie posiadającą z boku wkładu na butelki z tworzywa ABS?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą z boku wkład na butelki z tworzywa ABS w kolorze białym?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z możliwości wyboru kolorystyki frontów z palety RAL ( 6 kolorów do wyboru), a koloru blatów z palety Wykonawcy ( 6 kolorów do wyboru)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające materac piankowy dopasowany do wymiarów leża w pokrowcu nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym wykonany z materiału z możliwością mycia i dezynfekcji o wysokości 120 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, którego podstawa wraz z kołami ma wymiar 1783 x 872 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie 350 mm do 810 mm- przy czym parametr oferowany jest korzystniejszy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**



15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wymiarach :

Wysokość 825 mm ,

Szerokość 424 mm

Głębokość 440 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

PAKIET NR 3

Łóżka endoskopowe - 5 szt.

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka endoskopowe o wymiarach całkowitych 790 mm x 2090 mm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka endoskopowe o wymiarach leża 1920 mm x 650 mm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka endoskopowe z możliwością regulacji wysokości od 570 mm do 910 mm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka endoskopowe posiadające regulację Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0° do 20°?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka endoskopowe posiadające składane barierki boczne po obu stronach łóżka o wysokości 338 mm i długości 1452 mm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka endoskopowe nie posiadające odejmowalnego i regulowanego zagłówka?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka endoskopowe posiadające podstawę osłoniętą wypraskami z ABS z miejscem na rzeczy pacjenta?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka endoskopowe posiadające kosz na butle z tlenem?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka endoskopowe posiadające dźwignie

centralnej blokady zlokalizowana na całej szerokości wózka od strony nóg pacjenta?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**DOTYCZY PROJEKTU UMOWY**

25. Zwracamy się z prośbą aby W " § 6. Zabezpieczenie interesów Zamawiającego" Zamawiający określił łączną maksymalną wysokość kar umownych, których będzie egzekwował np. za nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający z uwagi na konieczność rozliczenia środków unijnych zrezygnował z limitu przekroczonych dni niezrealizowanej dostawy w związku z czym podtrzymuje zapis umowy, jednocześnie Zamawiający przedłużył czas do 12 tygodni, co jest okresem wystarczającym do rzetelnej realizacji przedmiotu zamówienia.

W imieniu Zamawiającego:

