

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na "Dostawa łóżek szpitalnych, łóżek endoskopowych z funkcją z funkcja bronchoskopowi, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, oraz wyposażenia sal chorych w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 7/7PN/2021.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny nr 2, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 6**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym elektryczna regulacja wysokości regulowana jest w zakresie od 350mm do 920 mm? Parametr korzystniejszy od wymaganego, gdyż wymagany tabelą SIWZ zakres zawiera się w całości w zakresie wnioskowanym o dopuszczenie.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy zamawiający dopuści kąt uniesienia sekcji nóg liczony względem poziomu ramy leża min 30 stopni? Parametr wypełnia w zupełności zadanie zapobiegania zsuwania się pacjenta w pozycji siedzącej łóżka w trakcie regulacji oparcia z autokonturem.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

3. Czy w związku z wymogiem zaoferowania łóżka z funkcją autoregresji segmentu pleców< Zamawiający oczekuje osobnego mechanizmu, który cofa i unosi segment oparcia pleców czy wystarczy tzw. biokontur?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

4. Czy zamawiający dopuści stolik na całą szerokość łóżka do spożywania posiłków, przejezdny na kółkach z regulacją wysokości, składany, bez regulacji szerokości, gdyż blat znajduje się powyżej barier

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

W imieniu Zamawiającego:

