

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na "Dostawa łóżek szpitalnych, łóżek endoskopowych z funkcją z funkcja bronchoskopowi, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, oraz wyposażenia sal chorych w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 7/7PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne o długości całkowitej 2170 mm i szerokości całkowitej z barierkami 1005 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne o wysokości 390 mm od poziomu leża spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne z możliwością wyboru kolorystyki wypełnień szczytów, z ramą tylko w kolorze jasnoszarym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza z uwzględnieniem koloru drewnopodobnego wklejek na szczytach.

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne wyposażone w przewodowy pilot z opisanymi funkcjami w pkt. 8 oprócz pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, które będą dostępne z dodatkowego panelu pielęgniarstwa z możliwością blokady poszczególnych funkcji dostępnym na pilocie, co gwarantuje większe bezpieczeństwo pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne wyposażone w 4 tuleje na wieszak na kropiółki umieszczone w narożnikach ramy łóżka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne bez dozownika na środek dezynfekujący?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne z zewnętrznym wielofunkcyjnym stolikiem do spożywania posiłków, na kółkach, z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu?



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

**Dotyczy Załącznik A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
Pakiet Nr 3 – Łóżka Endoskopowe 5 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżka endoskopowe wyposażone w materac o wymiarach 1940 x 620 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżka endoskopowe z regulacją przechyłów Trendelenburga i anti-Trendelenburga na pomocą pompy hydraulicznej obsługiwanej dźwignią nożną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżka endoskopowe z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0 - 90°?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżka endoskopowe z regulacją segmentu uda za pomocą zapadki w zakresie 0 - 25°?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżka endoskopowe bez jednostopniowego podnóżka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżka endoskopowe bez odejmowanego i regulowanego zagłówka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżka endoskopowe wyposażone w ergonomiczne składane uchwyty do prowadzenia wózka pełniące rolę szczytów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego:

