

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na "Dostawa łóżek szpitalnych, łóżek endoskopowych z funkcją z funkcją bronchoskopowi, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, oraz wyposażenia sal chorych w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 7/7PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pakiet nr 3: Łóżka endoskopowe 5 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko endoskopowe z materacem o szerokości 710 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko endoskopowe z pozycjami Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowanymi w zakresie +/-160 realizowanymi hydraulicznie za pomocą pedałów nożnych umieszczonych w podstawie po obu stronach wózka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko endoskopowe z leżem przeziernym wykonanym z płyty HPL wyposażonym w platformę pod leżem umożliwiającą umieszczenie kasety RTG z każdej strony leża (dostęp 3600) i pozycjonowanie w dowolnym miejscu leża?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko endoskopowe wyposażone w barierki boczne o długości 1370 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko endoskopowe bez odejmowalnego i regulowanego zagłówka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko endoskopowe wyposażone w centralną blokadę kół z dźwigniami blokady umieszczonymi w podstawie wózka od strony głowy i nóg pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4 – Fotele i krzesła do badań specjalistycznych – 2 szt.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczno-urologiczny z elektryczną regulacją wysokości, segmentu pleców oraz segmentu siedziska?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczno-urologiczny wyposażony w wysuwany manualnie spod segmentu siedziska segment nóg?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczno-urologiczny o długości leża w pozycji rozłożonej 1700 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczno-urologiczny, w którym regulacje elektryczne fotela są realizowane z pilota przewodowego oraz sterownika nożnego wbudowanego w podstawę fotela?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczno-urologiczny z regulacją segmentu pleców w zakresie -50/+750?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczno-urologiczny z regulacją segmentu głowy w zakresie +/-200?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczno-urologiczny wyposażony w programator 2 pozycji zabiegowych z możliwością programowania oraz realizacji programów za pomocą sterownika nożnego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczno-urologiczny wyposażony w odejmowane tapicerowane podpórki rąk montowane do szyn montażowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczno-urologiczny wyposażony w stopień wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze konstrukcji fotela zabezpieczony z góry gumą antypoślizgową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 5 – Fotele i krzesła do badań specjalistycznych 23 szt.

Poz. 1 – Fotel laryngologiczny

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z regulacją wysokości w zakresie 500 – 650 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny wyposażony w oparcie pleców o wysokości 420 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny wyposażony w obustronnie tapicerowane estetyczne oparcie pleców, bez konieczności stosowania osłony z tworzywa?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Poz. 3 – Fotel specjalistyczny do pobierania krwi 7 szt.

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi z regulacją podłokietników w pionie w zakresie +/-450?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Poz. 4 – Fotel zabiegowy multifunkcyjny, elektrycznie regulowany – 2 szt

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 600-850 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy z regulacją kąta podparcia stóp w zakresie 00 – 550?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy z regulacją podłokietników w pionie w zakresie +/-450?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy wyposażony w dostawiany stopień na 4 nóżkach wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze konstrukcji fotela zabezpieczony z góry gumą antypoślizgową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Poz. 5 – Fotel z regulacją hydrauliczną – 2 szt.

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z regulacją hydrauliczną wyposażony w regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej w zakresie +/-250?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z regulacją hydrauliczną wyposażony w podnózek regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 00/- 450?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 6 – Fotel z regulacją elektryczną – 2 szt.

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z regulacją elektryczną wyposażony w regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej w zakresie +/-250?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z regulacją elektryczną wyposażony w podnózek regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 00/- 450?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego:

