

**Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 1**

**Tomograf komputerowy Discovery CT 750HD (rok produkcji 2012) wraz z wyposażeniem, na które składa się:**

- konsola operatorska,
- gantry,
- stół terapeutyczny,
- oprogramowanie i hardware systemu TK,
- PDU wraz z UPS,
- konsola opisowa AW 4.6 – 2szt.,
- automatyczny wstrzykiwacz kontrastu Stellant CT Dual

**Wymagania i zakres:**

- I. Okresowe przeglądy techniczne (nie rzadziej niż 3 razy w roku), tomografu komputerowego, zgodnie z zaleceniami i specyfikacją producenta,
- II. Okresowe przeglądy techniczne (nie rzadziej niż 1 raz w roku), stacji opisowych AW, wstrzykiwacza kontrastu, UPS,
- III. Diagnostyka i naprawy wraz ze wszystkimi częściami zamiennymi **(w tym lampa RTG)\***.  
\* Średnia długość pracy lampy w tym aparacie na podstawie czasu eksploatacji poprzednich 7 lamp wynosi około 15 miesięcy, obecna lampa pracuje 23 miesiące.
- IV. Pakiet serwisowy:
  1. Praca serwisantów (robocizna wraz z dojazdami);
  2. Zdalna diagnostyka (przez cały czas trwania umowy);
  3. Call-serwis (nielimitowane konsultacje telefoniczne).
- V. Pozostałe warunki:
  1. Czas reakcji serwisu – do 4 godzin od otrzymania zgłoszenia (w tym telefonicznie);
  2. Rozpoczęcie naprawy – dla awarii zgłoszonej do godz. 16:00 – najpóźniej w następnym dniu roboczym;
  3. Usunięcie awarii niewymagające części zamiennych – do 2 dni roboczych od zgłoszenia; w przypadku awarii wymagających części zamiennych – do 4 dni roboczych od zgłoszenia; w przypadku zdalnej diagnostyki – do 4 godzin od zgłoszenia.
- VI. Pozostałe wymagania:
  1. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy będzie wykonywał testy bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Wykonawca winien posiadać niezbędną dokumentację serwisową tomografu i dostęp do kodów serwisowych. Zamawiający nie udostępnia dokumentacji serwisowych oraz kodów serwisowych.
  3. Wykonawca zapewnia stały 24-godzinny serwis urządzenia za pośrednictwem łącza internetowego.
  4. Wykonawca musi zapewnić również instalowanie i wdrażanie udostępnianych przez producenta aktualnych wersji oprogramowania, wykonywanie zalecanych przez producenta innych modyfikacji tomografu lub jego elementów gwarantujących bezpieczną eksploatację urządzenia.
  5. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy będzie wykonywał również testy specjalistyczne (co najmniej 1 x w roku) urządzenia radiologicznego wraz ze stacjami opisowymi AW, wraz z zapewnieniem zgodności urządzeń z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 poz. 884).