

Opis przedmiotu zamówienia – część nr 2

Tomograf komputerowy GE Lightspeed RT 16 (rok produkcji 2007) wraz z wyposażeniem, na które składa się:

- konsola operatorska,
- gantry,
- stół terapeutyczny,
- oprogramowanie i hardware systemu TK,
- PDU wraz z UPS,
- konsola opisowa AW 4.4 – 1szt.,
- markery laserowe Dorado 3.

Wymagania i zakres:

- I. Okresowe przeglądy techniczne (nie rzadziej niż 3 razy w roku), tomografu komputerowego, zgodnie z zaleceniami i specyfikacją producenta,
- II. Okresowe przeglądy techniczne (nie rzadziej niż 1 raz w roku), stacji opisowej AW, markerów laserowych, UPS,
- III. Diagnostyka i naprawy wraz ze wszystkimi częściami zamiennymi (**bez wymiany lampy RTG**).
- IV. Pakiet serwisowy:
 1. Praca serwisantów (robocizna wraz z dojazdami);
 2. Zdalna diagnostyka (przez cały czas trwania umowy);
 3. Call-serwis (nielimitowane konsultacje telefoniczne).
- V. Pozostałe warunki:
 1. Czas reakcji serwisu – do 4 godzin od otrzymania zgłoszenia (w tym telefonicznie);
 2. Rozpoczęcie naprawy – dla awarii zgłoszonej do godz. 16:00 – najpóźniej w następnym dniu roboczym;
 3. Usunięcie awarii niewymagające części zamiennych – do 2 dni roboczych od zgłoszenia; w przypadku awarii wymagających części zamiennych – do 4 dni roboczych od zgłoszenia; w przypadku zdalnej diagnostyki – do 4 godzin od zgłoszenia.
- VI. Pozostałe wymagania:
 1. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy będzie wykonywał testy bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wykonawca winien posiadać niezbędną dokumentację serwisową tomografu i dostęp do kodów serwisowych. Zamawiający nie udostępnia dokumentacji serwisowych oraz kodów serwisowych.
 3. Wykonawca zapewnia stały 24-godzinny serwis urządzenia za pośrednictwem łącza internetowego.
 4. Wykonawca musi zapewnić również instalowanie i wdrażanie udostępnianych przez producenta aktualnych wersji oprogramowania, wykonywanie zalecanych przez producenta innych modyfikacji tomografu lub jego elementów gwarantujących bezpieczną eksploatację urządzenia.
 5. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy będzie wykonywał również testy specjalistyczne (co najmniej 1 x w roku) urządzenia radiologicznego wraz ze stacjami opisowymi AW, wraz z zapewnieniem zgodności urządzeń z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 poz. 884).