



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 6 do SWZ

CZĘŚĆ 1
KOLPOSKOP OPTYCZNY NA PODSTAWIE JEZDNEJ DO DIAGNOSTYKI
POGLEBIONEJ

Wymagane parametry/Warunki graniczne

Uwaga! Niespełnienie któregośkolwiek z wymaganych parametrów/warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Lp.	Warunki i parametry
1.	Urządzenie z wyposażeniem fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 lub 2021.
2.	Kolposkop na podstawie jezdnej.
3.	Podstawa jezdna z min. 4 kołami, min. 2 koła wyposażone w hamulec.
4.	Maksymalne powiększenie kolposkopu min. 16x
5.	Skokowa, min. 3 stopniowa regulacja powiększenia.
6.	Ogniskowa obiektywu: 300 mm.
7.	Binokular ze zbieżnym układem optycznym do obserwacji stereoskopowych oraz płynną regulacją rozstawu.
8.	Kompensacja ametropii okularów w zakresie min. +5/- 5 D.
9.	Wsuwany lub włączany filtr zielony.
10.	Źródło światła LED.
11.	Płynna lub skokowa regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 45000 - 50000 lx.
12.	Temperatura barwowa w zakresie min. 5700 - 6000 K
13.	Żywotność diod min. 20000 godzin
14.	Precyzyjna regulacja ostrości za pomocą pokręta.
15.	Zakres ruchu kolposkopu góra - dół min. 400 mm.
16.	Ruchome ramię kolposkopu z możliwością przesuwania w kierunku poziomym w promieniu min. 550 mm.
Pozostałe wymagania	
17.	Posiada znak CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE (dołączyć razem z ofertą).
18.	Okres gwarancji – 24 miesiące.
19.	Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać: - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany.
20.	Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.
21.	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
22.	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów pompy w oparciu o przedstawione (przy dostawie) przez Wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów.